

Reporte de Mantenimiento



ESE BCH

NIT: 901.018.263-8
Ciudad: PITALTIO
Dirección: calle 3 # 2-97
Correo: biomedicalbchsas@gmail.com

DATOS DEL EQUIPO

Código	BCH-002
Nombre	EQUIPO DE QUIMICA SANGUINEA
Marca	BIOSYSTEM
Modelo	A15
Serie	V12349083
Área	LABORATORIO
Ubicación	LABORATORIO

RESUMEN DEL REPORTE

Tipo	correctivo
Fecha reporte	10/02/2026
Solicitud	correctivo
Fecha solicitud	10/02/2026
Resumen	el equipo no encendia
Hallazgos	Tarjeta electronica dañada
Acciones realizadas	se solicita que tarjeta electronica

FIRMAS

Firmante
ingenierobch
Rol: ingeniero_biomedico
Fecha: 10/02/2026

Firmante
almacenbch
Rol: almacenista
Fecha: 10/02/2026