

Reporte de Mantenimiento



ESE BCH

NIT: 901.018.263-8
Ciudad: PITALTIO
Dirección: calle 3 # 2-97
Correo: biomedicalbchsas@gmail.com


DATOS DEL EQUIPO

Código	BCH-001
Nombre	CAVITRON
Marca	NSK
Modelo	VARIOS
Serie	ASF1238DM
Área	ODONTOLOGIA
Ubicación	ODONTOLOGIA

RESUMEN DEL REPORTE

Tipo	correctivo
Fecha reporte	07/02/2026
Solicitud	correctivo
Fecha solicitud	07/02/2026
Resumen	se reparo
Hallazgos	se reparo
Acciones realizadas	se reparo

FIRMAS



visorbch
lector · 07/02/2026