

Reporte de Mantenimiento



ESE BCH

NIT: 901.018.263-8
Ciudad: PITALTIO
Dirección: calle 3 # 2-97
Correo: biomedicalbchsas@gmail.com

DATOS DEL EQUIPO

Código	BCH-001
Nombre	CAVITRON
Marca	NSK
Modelo	VARIOS
Serie	ASF1238DM
Área	ODONTOLOGIA
Ubicación	ODONTOLOGIA

RESUMEN DEL REPORTE

Tipo	correctivo
Fecha reporte	07/02/2026
Solicitud	correctivo
Fecha solicitud	07/02/2026
Resumen	el equipo se encuentra con daños en su conector
Hallazgos	daños
Acciones realizadas	se realiza ajuste de cable se procede a dejar el equipo totalmente funcional

FIRMAS

Firmante
ingenierobch
Rol: ingeniero_biomedico
Fecha: 07/02/2026

Firmante
visorbch
Rol: lector
Fecha: 07/02/2026