

TRIP Intercomparison Results: October 6, 1999

Third Quarter QC Sample Results Reference time: 12:00 GMT, July 16, 1999

Facility Code	¹²⁵ I(dpm)	Uncertainty(dpm)	Bias	ANSI N13.30bias criteria
ANSI N13.30 acceptable range (dpm)		3.35E+05 - 6.69E+06		
Certified value	4.46E+05	1.34E+04		
7	NR	NR	NR	NR
12	5.39E+05	4.49E+04	0.21	Pass
18	2.07E+05	1.20E+04	-0.54	Fail
25	NR	NR	NR	NR
28	445,000.00	79,500.00	0.00	Pass
37	4.62E+05	7.96E+03	0.04	Pass
52	NR	NR	NR	NR
92A	4.54E+05	7.19E+03	0.02	Pass
92B	4.25E+05	1.20E+04	-0.05	Pass
99	4.95E+05	4.70E+04	0.11	Pass
Bias = (measured value - certified value) / certified value NR = Not reported				

I-125 Results

Facility Code	¹³¹ I(dpm)	Uncertainty(dpm)	Bias	ANSI N13.30bias criteria
ANSI N13.30 acceptable range (dpm)		5.51E+05 - 1.10E+06		
Certified value	7.35E+05	2.21E+04		
7	NR	NR	NR	NR
12	8.22E+05	2.34E+05	0.12	Pass
18	2.30E+05	2.20E+04	-0.69	Fail
25	NR	NR	NR	NR
28	727,000.00	86,800.00	-0.01	Pass
37	7.11E+05	6.33E+03	-0.03	Pass
52	NR	NR	NR	NR
92A	7.81E+05	5.16E+03	0.06	Pass
92B	6.83E+05	2.00E+04	-0.07	Pass
99	7.49E+05	3.09E+04	0.02	Pass
Bias = (measured value - certified value) / certified value NR = Not reported				

I-131 Results