ONAC ACREDITADO

ONAC ACREDITA A:

METROMEDICS S.A.S.

NIT. 900.816.433-3

Calle 35 #13-46, Barrio Guadalupe, Dosquebradas, Risaralda, Colombia.

La acreditación de este organismo de Evaluación de la Conformidad se ha realizado con respecto a los requisitos especificados en la norma internacional:

ISO/IEC 17025:2017

Requisitos generales para la competencia de laboratorios de calibración y de ensayo.

Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el anexo de este certificado, identificado con el código:

18-LAC-020

Esta Acreditación está cubierta por los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral suscritos por ONAC con

IAAC INTER-AMERICAN ACCREDITATION COOPERATION

ilac-MRA

ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

Fecha de publicación del Otorgamiento:	2019-04-03
Fecha de Renovación:	2022-04-03
Fecha de publicación última actualización:	2026-08-06
Fecha de vencimiento:	2027-04-02

La vigencia de este certificado puede ser verificada en onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo o escaneando el código QR

Director Ejecutivo

FR 3.5.3-06 V5 Aprobado 2023-07-18

ANEXO DEL CERTIFICADO

METROMEDICS S.A.S.
18-LAC-020
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017
Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

SEDE	Calle 35 # 13 - 46, Barrio Guadalupe Dosquebradas, Risaralda, Colombia.					
CÓDIGO	**MAGNITUD**	**INTERVALO DE MEDICIÓN**	**INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE MEDIDA**	**INSTRUMENTO A CALIBRAR**	**INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES UTILIZADOS**	**DOCUMENTO NORMATIVO**
DI2	Temperatura	10 °C ≤ *t* ≤ 40 °C	0,45 °C	Termómetros Ambientales Digitales	2 Termohigrómetros digitales con sensor termistor y resolución de 0,01 °C Cámara climática en temperatura con circulación forzada	Procedimiento TH-007 para calibración de medidores de condiciones ambientales de temperatura y humedad en aire. CEM, edición digital 1
DI1	Humedad relativa	15 % hr ≤ *hr* ≤ 90 % hr	1,6 % hr	Higrómetro digital	Termohigrómetros digitales con resolución de 0,01 % hr Cámara climática en humedad relativa con circulación forzada	Procedimiento TH-007 para calibración de medidores de condiciones ambientales de temperatura y humedad en aire. CEM, edición digital 1
DG1	Masa	1 g	0,033 mg	Pesas clase OIML F_1, F_2, M_1, M_2 y M_3	Juego de pesas clase E_2 de 1 g a 2 kg Juego de pesas clase F_1 de 1 g a 20 kg	Norma Técnica Colombiana NTC 1848:2007 Pesas de Clase E_1, E_2, F_1, F_2, M_1, M_{1-2}, M_2, M_{2-3} y M_3. Parte 1: Requisitos Metrológicos y Técnicos. Numerales 5 - 5.1 - 5.2 - 5.3 - 6- 12- 13 anexo A - B.4 - B.4.1 - B.4.2 - B.4.3 - B.4.3.1 anexo C

Esta Acreditación está cubierta por los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral suscritos por ONAC con

ANEXO DEL CERTIFICADO

METROMEDICS S.A.S.
18-LAC-020
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017
Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

SEDE	Calle 35 # 13 - 46, Barrio Guadalupe Dosquebradas, Risaralda, Colombia.					
CÓDIGO	**MAGNITUD**	**INTERVALO DE MEDICIÓN**	**INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE MEDIDA**	**INSTRUMENTO A CALIBRAR**	**INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES UTILIZADOS**	**DOCUMENTO NORMATIVO**
DG1	Masa	2 g	0,040 mg	Pesas clase OIML F_1, F_2, M_1, M_2 y M_3	Juego de pesas clase E_2 de 1 g a 2 kg Juego de pesas clase F_1 de 1 g a 20 kg	Norma Técnica Colombiana NTC 1848:2007 Pesas de Clase E_1, E_2, F_1, F_2, M_1, M_{1-2}, M_2, M_{2-3} y M_3. Parte 1: Requisitos Metrológicos y Técnicos. Numerales 5 - 5.1 - 5.2 - 5.3 - 6- 12- 13 anexo A - B.4 - B.4.1 - B.4.2 - B.4.3 - B.4.3.1 anexo C
DG1	Masa	5 g	0,053 mg	Pesas clase OIML F_1, F_2, M_1, M_2 y M_3	Juego de pesas clase E_2 de 1 g a 2 kg Juego de pesas clase F_1 de 1 g a 20 kg	Norma Técnica Colombiana NTC 1848:2007 Pesas de Clase E_1, E_2, F_1, F_2, M_1, M_{1-2}, M_2, M_{2-3} y M_3. Parte 1: Requisitos Metrológicos y Técnicos. Numerales 5 - 5.1 - 5.2 - 5.3 - 6- 12- 13 anexo A - B.4 - B.4.1 - B.4.2 - B.4.3 - B.4.3.1 anexo C
DG1	Masa	10 g	0,067 mg	Pesas clase OIML F_1, F_2, M_1, M_2 y M_3	Juego de pesas clase E_2 de 1 g a 2 kg Juego de pesas clase F_1 de 1 g a 20 kg	Norma Técnica Colombiana NTC 1848:2007 Pesas de Clase E_1, E_2, F_1, F_2, M_1, M_{1-2}, M_2, M_{2-3} y M_3. Parte 1: Requisitos Metrológicos y Técnicos. Numerales 5 - 5.1 - 5.2 - 5.3 - 6- 12- 13 anexo A - B.4 - B.4.1 - B.4.2 - B.4.3 - B.4.3.1 anexo C

Esta Acreditación está cubierta por los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral suscritos por ONAC con

ANEXO DEL CERTIFICADO

METROMEDICS S.A.S.
18-LAC-020
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017
Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

SEDE	Calle 35 # 13 - 46, Barrio Guadalupe Dosquebradas, Risaralda, Colombia.					
CÓDIGO	**MAGNITUD**	**INTERVALO DE MEDICIÓN**	**INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE MEDIDA**	**INSTRUMENTO A CALIBRAR**	**INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES UTILIZADOS**	**DOCUMENTO NORMATIVO**
DG1	Masa	20 g	0,083 mg	Pesas clase OIML F_1, F_2, M_1, M_2 y M_3	Juego de pesas clase E_2 de 1 g a 2 kg Juego de pesas clase F_1 de 1 g a 20 kg	Norma Técnica Colombiana NTC 1848:2007 Pesas de Clase E_1, E_2, F_1, F_2, M_1, M_{1-2}, M_2, M_{2-3} y M_3. Parte 1: Requisitos Metrológicos y Técnicos. Numerales 5 - 5.1 - 5.2 - 5.3 - 6- 12- 13 anexo A - B.4 - B.4.1 - B.4.2 - B.4.3 - B.4.3.1 anexo C
DG1	Masa	50 g	0,1 mg	Pesas clase OIML F_1, F_2, M_1, M_2 y M_3	Juego de pesas clase E_2 de 1 g a 2 kg Juego de pesas clase F_1 de 1 g a 20 kg	Norma Técnica Colombiana NTC 1848:2007 Pesas de Clase E_1, E_2, F_1, F_2, M_1, M_{1-2}, M_2, M_{2-3} y M_3. Parte 1: Requisitos Metrológicos y Técnicos. Numerales 5 - 5.1 - 5.2 - 5.3 - 6- 12- 13 anexo A - B.4 - B.4.1 - B.4.2 - B.4.3 - B.4.3.1 anexo C
DG1	Masa	100 g	0,17 mg	Pesas clase OIML F_1, F_2, M_1, M_2 y M_3	Juego de pesas clase E_2 de 1 g a 2 kg Juego de pesas clase F_1 de 1 g a 20 kg	Norma Técnica Colombiana NTC 1848:2007 Pesas de Clase E_1, E_2, F_1, F_2, M_1, M_{1-2}, M_2, M_{2-3} y M_3. Parte 1: Requisitos Metrológicos y Técnicos. Numerales 5 - 5.1 - 5.2 - 5.3 - 6- 12- 13 anexo A - B.4 - B.4.1 - B.4.2 - B.4.3 - B.4.3.1 anexo C

Esta Acreditación está cubierta por los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral suscritos por ONAC con

ANEXO DEL CERTIFICADO

METROMEDICS S.A.S.
18-LAC-020
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017
Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

SEDE	Calle 35 # 13 - 46, Barrio Guadalupe Dosquebradas, Risaralda, Colombia.					
CÓDIGO	**MAGNITUD**	**INTERVALO DE MEDICIÓN**	**INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE MEDIDA**	**INSTRUMENTO A CALIBRAR**	**INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES UTILIZADOS**	**DOCUMENTO NORMATIVO**
DG1	Masa	200 g	0,33 mg	Pesas clase OIML F_1, F_2, M_1, M_2 y M_3	Juego de pesas clase E_2 de 1 g a 2 kg Juego de pesas clase F_1 de 1 g a 20 kg	Norma Técnica Colombiana NTC 1848:2007 Pesas de Clase E_1, E_2, F_1, F_2, M_1, M_{1-2}, M_2, M_{2-3} y M_3. Parte 1: Requisitos Metrológicos y Técnicos. Numerales 5 - 5.1 - 5.2 - 5.3 - 6- 12- 13 anexo A - B.4 - B.4.1 - B.4.2 - B.4.3 - B.4.3.1 anexo C
DG1	Masa	500 g	0,83 mg	Pesas clase OIML F_1, F_2, M_1, M_2 y M_3	Juego de pesas clase E_2 de 1 g a 2 kg Juego de pesas clase F_1 de 1 g a 20 kg	Norma Técnica Colombiana NTC 1848:2007 Pesas de Clase E_1, E_2, F_1, F_2, M_1, M_{1-2}, M_2, M_{2-3} y M_3. Parte 1: Requisitos Metrológicos y Técnicos. Numerales 5 - 5.1 - 5.2 - 5.3 - 6- 12- 13 anexo A - B.4 - B.4.1 - B.4.2 - B.4.3 - B.4.3.1 anexo C
DG1	Masa	1 kg	1,7 mg	Pesas clase OIML F_1, F_2, M_1, M_2 y M_3	Juego de pesas clase E_2 de 1 g a 2 kg Juego de pesas clase F_1 de 1 g a 20 kg	Norma Técnica Colombiana NTC 1848:2007 Pesas de Clase E_1, E_2, F_1, F_2, M_1, M_{1-2}, M_2, M_{2-3} y M_3. Parte 1: Requisitos Metrológicos y Técnicos. Numerales 5 - 5.1 - 5.2 - 5.3 - 6- 12- 13 anexo A - B.4 - B.4.1 - B.4.2 - B.4.3 - B.4.3.1 anexo C

Esta Acreditación está cubierta por los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral suscritos por ONAC con

ANEXO DEL CERTIFICADO

METROMEDICS S.A.S.
18-LAC-020
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017
Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

SEDE	Calle 35 # 13 - 46, Barrio Guadalupe Dosquebradas, Risaralda, Colombia.					
CÓDIGO	**MAGNITUD**	**INTERVALO DE MEDICIÓN**	**INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE MEDIDA**	**INSTRUMENTO A CALIBRAR**	**INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES UTILIZADOS**	**DOCUMENTO NORMATIVO**
DG1	Masa	2 kg	3,3 mg	Pesas clase OIML F_1, F_2, M_1, M_2 y M_3	Juego de pesas clase E_2 de 1 g a 2 kg Juego de pesas clase F_1 de 1 g a 20 kg	Norma Técnica Colombiana NTC 1848:2007 Pesas de Clase E_1, E_2, F_1, F_2, M_1, M_{1-2}, M_2, M_{2-3} y M_3. Parte 1: Requisitos Metrológicos y Técnicos. Numerales 5 - 5.1 - 5.2 - 5.3 - 6- 12- 13 anexo A - B.4 - B.4.1 - B.4.2 - B.4.3 - B.4.3.1 anexo C
DG1	Masa	5 kg	0,083 g	Pesas clase OIML M_1, M_2 y M_3	Juego de pesas clase F_1 de 1 g a 20 kg	Norma Técnica Colombiana NTC 1848:2007 Pesas de Clase E_1, E_2, F_1, F_2, M_1, M_{1-2}, M_2, M_{2-3} y M_3. Parte 1: Requisitos Metrológicos y Técnicos. Numerales 5 - 5.1 - 5.2 - 5.3 - 6- 12- 13 anexo A - B.4 - B.4.1 - B.4.2 - B.4.3 - B.4.3.1 anexo C

Esta Acreditación está cubierta por los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral suscritos por ONAC con

ANEXO DEL CERTIFICADO

METROMEDICS S.A.S.
18-LAC-020
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017
Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

SEDE	Calle 35 # 13 - 46, Barrio Guadalupe Dosquebradas, Risaralda, Colombia.					
CÓDIGO	**MAGNITUD**	**INTERVALO DE MEDICIÓN**	**INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE MEDIDA**	**INSTRUMENTO A CALIBRAR**	**INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES UTILIZADOS**	**DOCUMENTO NORMATIVO**
DG1	Masa	10 kg	0,17 g	Pesas clase OIML M_1, M_2 y M_3	Juego de pesas clase F_1 de 1 g a 20 kg	Norma Técnica Colombiana NTC 1848:2007 Pesas de Clase E_1, E_2, F_1, F_2, M_1, M_{1-2}, M_2, M_{2-3} y M_3. Parte 1: Requisitos Metrológicos y Técnicos. Numerales 5 - 5.1 - 5.2 - 5.3 - 6- 12- 13 anexo A - B.4 - B.4.1 - B.4.2 - B.4.3 - B.4.3.1 anexo C
DG1	Masa	20 kg	0,33 g	Pesas clase OIML M_1, M_2 y M_3	Juego de pesas clase F_1 de 1 g a 20 kg	Norma Técnica Colombiana NTC 1848:2007 Pesas de Clase E_1, E_2, F_1, F_2, M_1, M_{1-2}, M_2, M_{2-3} y M_3. Parte 1: Requisitos Metrológicos y Técnicos. Numerales 5 - 5.1 - 5.2 - 5.3 - 6- 12- 13 anexo A - B.4 - B.4.1 - B.4.2 - B.4.3 - B.4.3.1 anexo C

Esta Acreditación está cubierta por los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral suscritos por ONAC con

ANEXO DEL CERTIFICADO

METROMEDICS S.A.S.
18-LAC-020
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017
Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

SEDE	SITIO					
CÓDIGO	**MAGNITUD**	**INTERVALO DE MEDICIÓN**	**INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE MEDIDA**	**INSTRUMENTO A CALIBRAR**	**INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES UTILIZADOS**	**DOCUMENTO NORMATIVO**
DG8	Presión	6,67 kPa ≤ *p* ≤ 40 kPa (50 mmHg ≤ *p* ≤ 300 mmHg)	0,073 kPa (0,55 mmHg)	Esfigmomanómetros no invasivos no automatizados	Manómetro digital de presión clase 0,025 % de escala completa	Non-invasive non-automated sphygmomanometers Part 2: Test procedures OIML R 148-2 Edition 2020 (E) numerales 1 y 10
DG8	Presión	-68,95 kPa ≤ *p* < 0 kPa (-10 psi ≤ *p* < 0 psi)	0,15 kPa (0,021 psi)	Manovacuómetros clase ≥ 0,25 de escala completa	Módulo de presión en conjunto con indicador clase 0,025 % de escala completa	Procedimiento ME-003 para la calibración de manómetros, vacuómetros y manovacuómetros. CEM, edición digital 3,2019
DG8	Presión	0 kPa ≤ *p* ≤ 103,4 kPa (0 psi ≤ *p* ≤ 15 psi)	0,15 kPa (0,021 psi)	Manovacuómetros clase ≥ 0,25 de escala completa	Módulo de presión en conjunto con indicador clase 0,025 % de escala completa	Procedimiento ME-003 para la calibración de manómetros, vacuómetros y manovacuómetros. CEM, edición digital 3,2019
DG8	Presión	103,4 kPa < *p* ≤ 10,34 MPa (15 psi < *p* ≤ 1 500 psi)	6,9 kPa (1 psi)	Manómetros clase ≥ 0,25 de escala completa	Manómetro digital clase 0,025 % de escala completa	Procedimiento ME-003 para la calibración de manómetros, vacuómetros y manovacuómetros. CEM, edición digital 3,2019
DG8	Presión	10,34 MPa < *p* ≤ 68,95 MPa (1 500 psi < *p* ≤ 10 000 psi)	9,7 kPa (1,4 psi)	Manómetros clase ≥ 0,25 de escala completa	Manómetro digital clase 0,05 % de escala completa	Procedimiento ME-003 para la calibración de manómetros, vacuómetros y manovacuómetros. CEM, edición digital 3, 2019

Esta Acreditación está cubierta por los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral suscritos por ONAC con

ANEXO DEL CERTIFICADO

METROMEDICS S.A.S.
18-LAC-020
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017
Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

SEDE	SITIO					
CÓDIGO	**MAGNITUD**	**INTERVALO DE MEDICIÓN**	**INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE MEDIDA**	**INSTRUMENTO A CALIBRAR**	**INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES UTILIZADOS**	**DOCUMENTO NORMATIVO**
DI2	Temperatura	-30 °C ≤ *t* < 150 °C	0,17 °C	Termómetros de Contacto digitales y analógicos	Indicador de temperatura con sensor Pt 1000 con resolución de 0,001 °C / 0,01 °C Bloque seco	*Thermometers, contact, direct reading: Calibration (NT VVS 103) 1994*
DI2	Temperatura	150 °C ≤ *t* ≤ 350 °C	1,7 °C	Termómetros de Contacto digitales y analógicos	Indicador de temperatura con sensor Pt 1000 con resolución de 0,01 °C Bloque seco	*Thermometers, contact, direct reading: Calibration (NT VVS 103) 1994*
DI2	Temperatura	350 °C < *t* ≤ 600 °C	1,2 °C	Termómetros de Contacto digitales y analógicos	Indicador de temperatura con sensor Pt 1000 con resolución de 0,01 °C Bloque seco	*Thermometers, contact, direct reading: Calibration (NT VVS 103) 1994*
DG1	Masa	1 mg ≤ *m* ≤ 110 g	2,0 x 10^{-6}	Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático con d ≥ 0,01 mg	Juego de pesas clase E_2 de 1 mg a 200 g Juego de pesas clase F_1 de 1 mg a 200 g	Guía para la Calibración de Instrumentos de Pesaje de Funcionamiento No Automático EURAMET/cg/18 Versión 4.0 (11/2015)
DG1	Masa	110 g < *m* ≤ 220 g	2,6 x 10^{-6}	Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático con d ≥ 0,1 mg	Juego de pesas clase E_2 de 1 mg a 200 g Juego de pesas clase F_1 de 1 mg a 200 g	Guía para la Calibración de Instrumentos de Pesaje de Funcionamiento No Automático EURAMET/cg/18 Versión 4.0 (11/2015)
DG1	Masa	220 g < *m* ≤ 620 g	2.2 x 10^{-6}	Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático con d ≥ 1 mg	Juego de pesas clase F_1 de 1 mg a 500 g	Guía para la Calibración de Instrumentos de Pesaje de Funcionamiento No Automático EURAMET/cg/18 Versión 4.0 (11/2015)

Esta Acreditación está cubierta por los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral suscritos por ONAC con

ANEXO DEL CERTIFICADO

METROMEDICS S.A.S.
18-LAC-020
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017
Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

SEDE	SITIO					
CÓDIGO	**MAGNITUD**	**INTERVALO DE MEDICIÓN**	**INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE MEDIDA**	**INSTRUMENTO A CALIBRAR**	**INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES UTILIZADOS**	**DOCUMENTO NORMATIVO**
DG1	Masa	620 g < m ≤ 10 kg	1,8 x 10^{-6}	Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático con d ≥ 0,01 g	Juego de pesas clase F_1 de 2 g a 10 kg	Guía para la Calibración de Instrumentos de Pesaje de Funcionamiento No Automático EURAMET/cg/18 Versión 4.0 (11/2015)
DG1	Masa	10 kg < m ≤ 30 kg	3,8 x 10^{-6}	Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático con d ≥ 0,1 g	Juego de pesas clase F_1 de 1 g a 20 kg Juego de pesas clase M_1 de 1 g a 20 kg	Guía para la Calibración de Instrumentos de Pesaje de Funcionamiento No Automático EURAMET/cg/18 Versión 4.0 (11/2015)
DG1	Masa	30 kg < m ≤ 50 kg	2,3 x 10^{-5}	Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático con d ≥ 1 g	Juego de pesas clase M_1 de 1 g a 20 kg (2)	Guía para la Calibración de Instrumentos de Pesaje de Funcionamiento No Automático EURAMET/cg/18 Versión 4.0 (11/2015)
DG1	Masa	50 kg < m ≤ 300 kg	3,1 x 10^{-5}	Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático con d ≥ 10 g	Juego de pesas clase M_1 de 1 g a 20 kg (2)	Guía para la Calibración de Instrumentos de Pesaje de Funcionamiento No Automático EURAMET/cg/18 Versión 4.0 (11/2015)

Esta Acreditación está cubierta por los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral suscritos por ONAC con

ANEXO DEL CERTIFICADO

METROMEDICS S.A.S.
18-LAC-020
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017
Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

SEDE	SITIO					
CÓDIGO	**MAGNITUD**	**INTERVALO DE MEDICIÓN**	**INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE MEDIDA**	**INSTRUMENTO A CALIBRAR**	**INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES UTILIZADOS**	**DOCUMENTO NORMATIVO**
DG1	Masa	300 kg < *m* ≤ 600 kg	6,8 x 10^{-5}	Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático con d ≥ 0,05 kg	Juego de pesas clase M_1 de 100 g; 200 g; 500 g; 1 kg; 2 kg; 5 kg (4); 10 kg (4) y 20 kg (30)	Guía para la Calibración de Instrumentos de Pesaje de Funcionamiento No Automático EURAMET/cg/18 Versión 4.0 (11/2015)
DG1	Masa	600 kg < *m* ≤ 1 000 kg	1,6 x 10^{-4}	Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático con d ≥ 0,2 kg	Juego de pesas clase M_1 de 100 g; 200 g; 500 g; 1 kg; 2 kg; 5 kg (9); 10 kg (10) y 20 kg (44)	Guía para la Calibración de Instrumentos de Pesaje de Funcionamiento No Automático EURAMET/cg/18 Versión 4.0 (11/2015)
DG1	Masa	1 000 kg < *m* ≤ 2 000 kg	0,72 x 10^{-4}	Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático con d ≥ 0,5 kg	Juego de pesas clase M_1 de 100 g; 200 g; 500 g; 1 kg; 2 kg; 5 kg (4); 10 kg (4) y 20 kg (96)	Guía para la Calibración de Instrumentos de Pesaje de Funcionamiento No Automático EURAMET/cg/18 Versión 4.0 (11/2015)
DI5	Caracterización medios isotérmicos en humedad relativa (exactitud conjunto sensor indicador, homogeneidad y estabilidad)	30 % hr ≤ *hr* ≤ 85 % hr	3,6 % hr	Cámara climática	Higrometro Digital multi canal con nueve (9) sondas externas con resolución 0,1 %hr	Traducción directriz DKD-R 5-7 Calibración de cámaras climáticas INM/GTM-T/03, versión 1, 2019. Excluidos: Numeral 6. B)

Esta Acreditación está cubierta por los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral suscritos por ONAC con

ANEXO DEL CERTIFICADO

METROMEDICS S.A.S.
18-LAC-020
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017
Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

SEDE	SITIO					
CÓDIGO	**MAGNITUD**	**INTERVALO DE MEDICIÓN**	**INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE MEDIDA**	**INSTRUMENTO A CALIBRAR**	**INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES UTILIZADOS**	**DOCUMENTO NORMATIVO**
DI6	Caracterización de medios isotérmicos en temperatura (exactitud conjunto sensor indicador, homogeneidad y estabilidad)	-30 °C ≤ *t* ≤ 350 °C	0,79 °C	Bloque seco de temperatura	Indicador de temperatura con sonda tipo Pt100 y Pt 1000 con resolución 0,001 °C y 0,01 °C	EURAMET Calibration Guide No. 13 *Guidelines on the calibration of temperature block calibrators, versión 4, 09/2017*
DI6	Caracterización de medios isotérmicos en temperatura (exactitud conjunto sensor indicador, homogeneidad y estabilidad)	-30 °C ≤ *t* ≤ 350 °C	1,0 °C	Cámaras climáticas en temperatura	Termometro digital multi canal con nueve (9) sondas externas tipo K con resolución 0,1 °C	Traducción directriz DKD-R 5-7 Calibración de cámaras climáticas INM/GTM-T/03, versión 1, 2019

Notas:
m: carga aplicada al instrumento de pesaje de funcionamiento no automático.
p: valor de presión en el intervalo de medición.
t: temperatura en grados Celsius °C en el intervalo de medición.
hr: humedad relativa en el intervalo de medición.
d: división de escala
La incertidumbre expandida de medida para la magnitud masa corresponde a los valores relativos del valor medido relacionado en el intervalo de medición.
La incertidumbre expandida de medida corresponde a la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "*k*", con una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95 %
Para las magnitudes presión y temperatura (para termómetros de contacto), la sede permanente del laboratorio se considera como uno de los posibles sitios de calibración.

Esta Acreditación está cubierta por los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral suscritos por ONAC con