



Laboratorio de Calibración y Ensayos

ISO/IEC 17025:2017
21-LAB-022**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN****LABORATORIO DE HUMEDAD**

CÓDIGO: F MC CHR

FECHA: 2025-11-01

VERSIÓN: 10

Página 1 de 2

No. CL235487-1

SOLICITANTE : *CLÍNICA LA MERCED BARRANQUILLA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS.
DIRECCIÓN SOLICITANTE : *Calle 60 No. 38 - 29, Barranquilla - Atlántico
LUGAR DE CALIBRACIÓN : Laboratorio de Humedad de Metrocaribe S.A.
INSTRUMENTO : Termohigrómetro Digital
FABRICANTE : UNI-T
MODELO : A12T
NÚMERO DE SERIE : C242766639
CÓDIGO INTERNO : *CLM-P-162
INTERVALO DE MEDICIÓN : 20 %hr a 95 %hr
RESOLUCIÓN : 1 %hr
FECHA DE RECEPCIÓN : 2026-04-28
FECHA DE CALIBRACIÓN : 2026-05-05

MÉTODO DE CALIBRACIÓN

Los datos de la calibración se obtuvieron empleando el método de comparación directa, entre las indicaciones del patrón y la del instrumento de prueba, según procedimiento interno: Procedimiento Para La Calibración De Higrómetros Digitales Y Análogos - P MC TH v09.

CONDICIONES AMBIENTALES

	Máxima	Mínima
Temperatura (°C):	22,3	20,8
Humedad Relativa (%hr):	51,3	43,2

TRAZABILIDAD METROLÓGICA

La trazabilidad metrológica de los resultados de medición reportados en este certificado se garantiza mediante el uso de patrones calibrados por laboratorios acreditados conforme a la norma ISO/IEC 17025:2017. Estos patrones mantienen una cadena ininterrumpida de calibraciones que asegura su vinculación con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

FIRMA AUTORIZADA

Autorizado Por:

Tigo. Nury Morales O.
Coordinadora de Laboratorio**PATRONES**

Instrumento	Código	Magnitud	Certificado No	Emitido Por	Fecha Calibración	Frecuencia Calibración
Termohigrómetro Digital	HM MC 19	Humedad Relativa Temperatura	SAN/25/959/TH/1	SANSEL	2025-07-26	12 Meses
Cabina de Humedad	HM MC A05	Humedad Relativa	CL-2119	AINSER	2026-03-20	12 Meses

Calibrado Por:

Tigo. Nelson De Ávila G.
Metrólogo

Este certificado sólo debe ser reproducido en forma total o parcial con aprobación escrita de Metrocaribe S.A.
Los resultados son válidos para el momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y hacen referencia únicamente al instrumento relacionado en este certificado.

Metrocaribe S. A., no es responsable del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

Dirección: Calle 64 No 47 - 102 Tel: (605) 3425181 Barranquilla - Colombia

E-mail: gerencia@metrocaribe.com - dircomercial@metrocaribe.com

ORT: 20199



Laboratorio de Calibración y Ensayos

ISO/IEC 17025:2017
21-LAB-022

INSTRUMENTO: Termohigrómetro Digital

FABRICANTE: UNI-T

MODELO: A12T

NÚMERO DE SERIE: C242766639

CÓDIGO INTERNO: *CLM-P-162

FECHA DE CALIBRACIÓN: 2026-05-05

PROCEDIMIENTO: P MC TH

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
LABORATORIO DE HUMEDAD

CÓDIGO: F MC CHR

FECHA: 2025-11-01

VERSIÓN: 10

Página 2 de 2

No. CL235487-1

# Promedio Instrumento (%hr)	# Patrón Corregido (%hr)	Corrección (%hr)	* Incertidumbre Expandida (%hr)	Temperatura Promedio Cabina (°C)	Factor de Cobertura <i>k</i>
41,0	40,6	-0,4	1,7	23,3	2,00
59,0	60,4	1,4	1,6	23,3	2,00
70,3	70,6	0,3	1,7	23,4	2,00
PRUEBA DE HISTÉRESIS					
# Promedio Instrumento (%hr)	# Patrón Corregido (%hr)	Corrección (%hr)	* Incertidumbre Expandida (%hr)	Temperatura Promedio Cabina (°C)	Factor de Cobertura <i>k</i>
43,0	40,4	-2,6	1,7	23,2	2,00

El Promedio del Instrumento y el Patrón Corregido es el resultado de 10 datos tomados en el mismo rango.

+ La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como el producto de la incertidumbre estándar de medición por el factor de cobertura "*k*", correspondiente a una probabilidad de cobertura aproximada al 95 %, y no menor a este valor.**OBSERVACIONES**

Información de Contacto: secretaria@ingbioservicios.com.co

Los puntos de calibración fueron suministrados por el cliente.

La información marcada con * fue suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información.

FIN DEL CERTIFICADO



Laboratorio de Calibración y Ensayos

ISO/IEC 17025:2017
21-LAB-022**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN****LABORATORIO DE TEMPERATURA**

Código: F MC CTA

Fecha: 2025-11-07

Versión: 09

Página 1 de 2

No. CL235487

SOLICITANTE : *CLÍNICA LA MERCED BARRANQUILLA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS.
DIRECCIÓN SOLICITANTE : *Calle 60 No. 38 - 29, Barranquilla - Atlántico
LUGAR DE CALIBRACIÓN : Laboratorio de Temperatura Metrocaribe S.A.
INSTRUMENTO : Termohigrómetro Digital
FABRICANTE : UNI-T
MODELO : A12T
NÚMERO DE SERIE : C242766639
CÓDIGO INTERNO : *CLM-P-162
INTERVALO DE MEDICIÓN : -10 °C a 50 °C
RESOLUCIÓN : 0,1 °C
FECHA DE RECEPCIÓN : 2026-04-28
FECHA DE CALIBRACIÓN : 2026-05-04

MÉTODO DE CALIBRACIÓN

Los datos de la calibración se obtuvieron empleando el método de comparación directa, entre las indicaciones del patrón y las del instrumento de prueba, según procedimiento interno: Procedimiento Para La Calibración De Termómetros Ambientales - P MC TA v07.

CONDICIONES AMBIENTALES

	Máxima	Mínima
Temperatura (°C):	25,5	21,7
Humedad Relativa (%hr):	54,0	41,4

TRAZABILIDAD METROLÓGICA

La trazabilidad metrológica de los resultados de medición reportados en este certificado se garantiza mediante el uso de patrones calibrados por laboratorios acreditados conforme a la norma ISO/IEC 17025:2017. Estos patrones mantienen una cadena ininterrumpida de calibraciones que asegura su vinculación con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

FIRMA AUTORIZADA**PATRONES**

Instrumento	Código	Magnitud	Certificado No	Emitido Por	Fecha Calibración	Frecuencia Calibración
Termohigrómetro Digital	HM MC 19	Humedad Relativa Temperatura	SAN/25/959/TH/1	SANSEL	2025-07-26	12 Meses
Cámara Climática	HM MC A 05	Temperatura	CS020944	METROCARIBE S.A.	2026-03-26	12 Meses

Autorizado Por:

Tigo. Nury Morales O.

Coordinadora de Laboratorio

Calibrado Por: **Tigo. Nelson De Ávila G.**

Metrólogo

Este certificado sólo debe ser reproducido en forma total con aprobación escrita de Metrocaribe S.A.

Los resultados son válidos para el momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y hacen referencia únicamente al instrumento relacionado en este certificado.

Metrocaribe S. A., no es responsable del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

ORT: 20199



Laboratorio de Calibración y Ensayos

ISO/IEC 17025:2017
21-LAB-022

INSTRUMENTO : Termohigrómetro Digital

FABRICANTE : UNI-T

MODELO : A12T

NÚMERO DE SERIE : C242766639

CÓDIGO INTERNO : *CLM-P-162

FECHA DE CALIBRACIÓN : 2026-05-04

PROCEDIMIENTO: P MC TA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

LABORATORIO DE TEMPERATURA

Código: F MC CTA

Fecha: 2025-11-07

Versión: 09


Página 2 de 2

No. CL235487

TABLA DE RESULTADOS

Indicación Promedio (°C)	Patrón Corregido (°C)	Corrección (°C)	* Incertidumbre Expandida (°C)	Humedad Relativa Cabina (%hr)	Factor de Cobertura k
20,55	20,35	-0,20	0,48	50,23	2,00
25,30	25,34	0,04	0,47	50,26	2,00
30,25	30,33	0,08	0,43	50,30	2,00
PRUEBA HISTÉRESIS					
25,40	25,26	-0,14	0,47	50,37	2,00

+ La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como el producto de la incertidumbre estándar de medición por el factor de cobertura "k", correspondiente a una probabilidad de cobertura aproximada al 95 %, y no menor a este valor.



EVALUACIÓN DE LA CALIBRACIÓN

Los datos obtenidos durante la calibración se reportan en la tabla de resultados de este certificado.

OBSERVACIONES

Información de Contacto: secretaria@ingbioservicios.com.co

Los puntos de calibración fueron suministrados por el cliente.

La información marcada con * fue suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información.

FIN DEL CERTIFICADO

Dirección: Calle 64 No 47 - 102 Tel: (605) 3425181 Barranquilla - Colombia

E-mail: gerencia@metrocaribe.com - dircomercial@metrocaribe.com