

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-16049-26
CALIBRATION CERTIFICATE No CD-16049-26

Página 1 de 4



Cliente: Clínica La Merced Barranquilla Sociedad por Acciones Simplificadas
Customer

Dirección: Calle 60 No. 38 - 29, Barrio El Recreo
Address

Ciudad: Barranquilla, Atlántico
City

Instrumento: Desfibrilador
Instrument

Fabricante: Zoll
Manufacturer

Modelo: M Series
Model

Serie No. T081105500
Serial No.

Inventario: No Identificado
Stocktaking

Fecha de Recepción: 05 de junio de 2026
Reception Date

Fecha de Calibración: 05 de junio de 2026
Calibration Date

Lugar de Calibración: Instalaciones Del Cliente
Calibration Place

Ubicación: Hospitalización Piso 2 Torre A
Place

Método de calibración: Comparación directa con patrón simulador
Calibration method

Este certificado de calibración no se podrá reproducir, excepto en su totalidad, sin la aprobación escrita del laboratorio. Este certificado de calibración aplica únicamente al equipo descrito arriba. Estos resultados corresponden únicamente al momento y lugar donde se realizó la calibración. El laboratorio no se responsabiliza de los daños y perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

This calibration certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory. This calibration certificate applies only to the equipment described above. These results correspond only to the time and place where the calibration was performed. The laboratory is not responsible for any damages that may derive from the improper use of the calibrated instruments.

Calibrado Por: Ing. Danna Gabriela Diaz Paternina
Calibrated By

Aprobado Por: 
Approved By
Ing. Alfonso Ortiz Barrios
Gerente General
General Manager


Firmado digitalmente por
ALFONSO ENRIQUE
ORTIZ BARRIOS
Fecha: 2026.06.12
21:26:25 -05'00'

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-16049-26
CALIBRATION CERTIFICATE No CD-16049-26

Página 2 de 4

Incertidumbre de medición

Measurement Uncertainty

La incertidumbre de medición reportada fue calculada teniendo en cuenta las contribuciones de la dispersión, la resolución del patrón y del instrumento bajo calibración y la incertidumbre del patrón, con una K conforme a los grados de libertad calculados para una distribución de student con un 95% de nivel de confianza

Condiciones Ambientales

Environmental Conditions

	Mínima	Máxima	Δ
Temperatura	22,0 °C	24,0 °C	2,0 °C
Humedad Relativa	52,0 %	54,0 %	2,0 %

Trazabilidad

Traceability

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, que realizan las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

This calibration certificate documenting traceability to national standards, which perform measurement units according to the International System of Units (SI).

Equipo Patrón	Código Interno	Certificado No.	Emitido por	Fecha de Calibración
Analizador De Desfibrilación	CMB-003	L4806	Biosancta	16/07/2024

Resultados de la calibración

Calibration Results

Energía en Julios

Energía Seleccionada EBC	Energía Medida Patrón	Error	Incertidumbre Expandida $\pm U$ EXP
Julios	Julios	Julios	Julios
50	48,27	-1,73	0,80
100	95,50	-4,50	2,4
120	113,57	-6,43	1,1
150	141,50	-8,50	1,2

Voltaje Pico 1 en Voltios AC

Energía Seleccionada EBC	Voltaje Pico 1 Medido Patrón	Incertidumbre Expandida $\pm U$ EXP
Julios	VAC	VAC
50	558,33	9,0
100	784,67	13
120	855,33	12
150	953,67	14

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-16049-26
CALIBRATION CERTIFICATE No CD-16049-26

Corriente Pico 1 en Amperios AC

Energía Seleccionada EBC	Corriente Pico 1 Medido Patrón	Incertidumbre Expandida $\pm U$ EXP
Julios	A AC	A AC
50	11,17	0,63
100	15,70	0,66
120	17,07	0,66
150	19,03	0,67

Tiempo Onda 1 en Milisegundos

Energía Seleccionada EBC	Tiempo Onda 1 Medido Patrón	Incertidumbre Expandida $\pm U$ EXP
Julios	ms	ms
50	6,30	1,3
100	6,30	1,3
120	6,30	1,3
150	6,30	1,3

Tiempo Onda 2 en Milisegundos

Energía Seleccionada EBC	Tiempo Onda 2 Medido Patrón	Incertidumbre Expandida $\pm U$ EXP
Julios	ms	ms
50	4,00	1,3
100	4,00	1,3
120	4,00	1,3
150	4,00	1,3

Voltaje Pico 2 en Voltios AC

Energía Seleccionada EBC	Voltaje Pico 2 Medido Patrón	Incertidumbre Expandida $\pm U$ EXP
Julios	V AC	V AC
50	547,33	9,0
100	770,33	13
120	842,67	12
150	937,33	14

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-16049-26
CALIBRATION CERTIFICATE No CD-16049-26

Corriente Pico 2 en Amperios AC

**Energía
Seleccionada EBC**

Julios
50
100
120
150

**Corriente Pico 2
Medido Patrón**

A AC
10,93
15,43
16,83
18,70

**Incertidumbre
Expandida $\pm U$ EXP**

A AC
0,63
0,66
0,66
0,67

Inclinación en %

**Energía
Seleccionada EBC**

Julios
50
100
120
150

**Inclinación
Medida Patrón**

%
44,00
44,00
44,00
44,00

**Incertidumbre
Expandida $\pm U$ EXP**

%
1,4
1,4
1,4
1,4

FIN DEL CERTIFICADO