

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-74436-26
CALIBRATION CERTIFICATE No CD-74436-26

Página 1 de 6



Cliente: Clínica La Merced Barranquilla Sociedad por Acciones Simplificadas
Customer

Dirección: Calle 60 No. 38 - 29, Barrio El Recreo
Address

Ciudad: Barranquilla, Atlántico
City

Instrumento: Electrobisturí
Instrument

Fabricante: Covidien
Manufacturer

Modelo: Force FX
Model

Serie No. S3F09218AX
Serial No.

Inventario: AF002403
Stocktaking

Fecha de Recepción: 18 de agosto de 2026
Reception Date

Fecha de Calibración: 18 de agosto de 2026
Calibration Date

Lugar de Calibración: Instalaciones Del Cliente
Calibration Place

Ubicación: Cirugía, Quirófano
Place

Método de calibración: Comparación directa con patrón
Calibration method simulador

Este certificado de calibración no se podrá reproducir, excepto en su totalidad, sin la aprobación escrita del laboratorio. Este certificado de calibración aplica únicamente al equipo descrito arriba. Estos resultados corresponden únicamente al momento y lugar donde se realizó la calibración. El laboratorio no se responsabiliza de los daños y perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

This calibration certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory. This calibration certificate applies only to the equipment described above. These results correspond only to the time and place where the calibration was performed. The laboratory is not responsible for any damages that may derive from the improper use of the calibrated instruments.

Aprobado Por:
Approved By



Ing. Sofía Isabel García Calvo

Directora Laboratorio De Calibración
Calibration Laboratory Director



Firmado digitalmente por
SOFIA ISABEL
GARCIA CALVO
Fecha: 2026.08.24
15:46:07 -05'00'

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-74436-26
CALIBRATION CERTIFICATE No CD-74436-26

Página 2 de 4

Incertidumbre de medición
Measurement Uncertainty

La incertidumbre de medición reportada fue calculada teniendo en cuenta las contribuciones de la dispersión, la resolución del patrón y del instrumento bajo calibración y la incertidumbre del patrón, con una K conforme a los grados de libertad calculados para una distribución de student con un 95% de nivel de confianza

Condiciones Ambientales
Environmental Conditions

	Inicial	Final	Δ
Temperatura	21,0°C	22,0°C	1,0°C
Humedad Relativa	52 %	54 %	2 %

Trazabilidad
Trazability

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, que realizan las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

This calibration certificate documenting traceability to national standards, which perform measurement units according to the International System of Units (SI).

Equipo Patrón	Código Interno	Certificado No.	Emitido por	Fecha de Calibración
Analizador de Electrocirugía	CALIBRAR-001	L5176	Biosancta	18/03/2025

Resultados de la calibración
Calibration Results

MODO MONOPOLAR COAGULACIÓN RESISTENCIA 500 OHMIOS

Potencia seleccionada 24 W

Parámetro	Medido	Error	$\pm U$ Exp
Corriente mA	220	N/A	2,4
Potencia W	24,1	0,1	1,1
Voltaje pico mV	143,3	N/A	3,5
Factor de cresta	6,5	N/A	0,58

Potencia seleccionada 50 W

Parámetro	Medido	Error	$\pm U$ Exp
Corriente mA	313	N/A	3,4
Potencia W	49	-1	0,91
Voltaje pico mV	204,5	N/A	2,3
Factor de cresta	6,5	N/A	0,58

Potencia seleccionada 70 W

Parámetro	Medido	Error	$\pm U$ Exp
Corriente mA	371	N/A	4,1
Potencia W	69,1	-0,9	1,0
Voltaje pico mV	241,9	N/A	2,7
Factor de cresta	6,5	N/A	0,58

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-74436-26
CALIBRATION CERTIFICATE No CD-74436-26

Página 3 de 4

Potencia seleccionada 95 W

Parámetro	Medido	Error	±U Exp
Corriente mA	433	N/A	4,7
Potencia W	94	-1	1,0
Voltaje pico mV	281,3	N/A	3,1
Factor de cresta	6,5	N/A	0,58

Potencia seleccionada 120 W

Parámetro	Medido	Error	±U Exp
Corriente mA	484	N/A	5,3
Potencia W	117,3	-2,7	1,1
Voltaje pico mV	313,4	N/A	3,5
Factor de cresta	6,5	N/A	0,58

MODO MONOPOLAR CORTE RESISTENCIA 300 OHMIOS

Potencia seleccionada 60 W

Parámetro	Medido	Error	±U Exp
Corriente mA	447	N/A	4,9
Potencia W	59,9	-0,1	0,94
Voltaje pico mV	69,7	N/A	0,96
Factor de cresta	1,6	N/A	0,57

Potencia seleccionada 120 W

Parámetro	Medido	Error	±U Exp
Corriente mA	622	N/A	6,8
Potencia W	116,2	-3,8	1,1
Voltaje pico mV	95,6	N/A	1,2
Factor de cresta	1,5	N/A	0,57

Potencia seleccionada 180 W

Parámetro	Medido	Error	±U Exp
Corriente mA	769	N/A	8,4
Potencia W	177,7	-2,3	1,2
Voltaje pico mV	117,4	N/A	1,4
Factor de cresta	1,5	N/A	0,57

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-74436-26
CALIBRATION CERTIFICATE No CD-74436-26

Página 4 de 4

Potencia seleccionada 240 W

Parámetro	Medido	Error	±U Exp
Corriente mA	873	N/A	9,6
Potencia W	228,9	-11,1	1,3
Voltaje pico mV	131,9	N/A	1,6
Factor de cresta	1,5	N/A	0,57

Potencia seleccionada 300 W

Parámetro	Medido	Error	±U Exp
Corriente mA	965	N/A	11
Potencia W	279,9	-20,1	1,5
Voltaje pico mV	146,4	N/A	1,7
Factor de cresta	1,5	N/A	0,57

SEGURIDAD ELÉCTRICA

Parámetro	ESPECIFICACIONES	Medido	±U Exp
CORRIENTE DE FUGA IEC 601.2.2, section 19.101a, test 1, figure 102, and section 19.102 (mA)	< 150	59,6	1,4

FIN DEL CERTIFICADO