

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-16017-26
CALIBRATION CERTIFICATE No CD-16017-26

Página 1 de 3



Cliente: Clínica La Merced Barranquilla Sociedad por Acciones Simplificadas
Customer

Dirección: Calle 60 No. 38 - 29, Barrio El Recreo
Address

Ciudad: Barranquilla, Atlántico
City

Instrumento: Monitor de Signos Vitales
Instrument

Fabricante: Mindray
Manufacturer

Modelo: BeneView T5
Model

Serie No. CM-58145269
Serial No.

Inventario: AF003216
Stocktaking

Fecha de Recepción: 27 de abril de 2026
Reception Date

Fecha de Calibración: 27 de abril de 2026
Calibration Date

Fecha de Emisión: 28 de abril de 2026
Issue Date

Lugar de Calibración: Instalaciones Del Cliente
Calibration Place


Ubicación: Cama 8
Place

Método de calibración: Comparación directa con patrón simulador
Calibration method

Este certificado de calibración no se podrá reproducir, excepto en su totalidad, sin la aprobación escrita del laboratorio. Este certificado de calibración aplica únicamente al equipo descrito arriba. Estos resultados corresponden únicamente al momento y lugar donde se realizó la calibración. El laboratorio no se responsabiliza de los daños y perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

This calibration certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory. This calibration certificate applies only to the equipment described above. These results correspond only to the time and place where the calibration was performed. The laboratory is not responsible for any damages that may derive from the improper use of the calibrated instruments.

Aprobado Por:
Approved By


Ing. Alfonso Enrique Ortiz Barrios
Gerente General
General Manager

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-16017-26

CALIBRATION CERTIFICATE No CD-16017-26

Página 2 de 3

Incertidumbre de medición

Measurement Uncertainty

La incertidumbre de medición reportada fue calculada teniendo en cuenta las contribuciones de la dispersión, la resolución del patrón y del instrumento bajo calibración y la incertidumbre del patrón, con una K conforme a los grados de libertad calculados para una distribución de student con un 95% de nivel de confianza

Condiciones Ambientales

Environmental Conditions

	Inicial	Final	Δ
Temperatura	20,0 °C	22,0 °C	2,0 °C
Humedad Relativa	70,0 %	75,0 %	5,0 %

Trazabilidad

Trazability

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, que realizan las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

This calibration certificate documenting traceability to national standards, which perform measurement units according to the International System of Units (SI).

Equipo Patrón	Código Interno	Certificado No.	Emitido por	Fecha de Calibración
Simulador de saturación de oxígeno	CMB-044	L4772	Biosancta	07/06/2024
Simulador de Presión no Invasiva	CMB-111	L3997	Biosancta	08/02/2023
Analizador de desfibrilación	CMB-003	L4806	Biosancta	16/07/2024

Resultados de la calibración

Calibration Results

Saturación Parcial De Oxígeno (SpO₂)

Valor Simulado Patrón (%)	Valor Medido Equipo (%)	Error (%)	Incertidumbre Expandida $\pm U$ EXP
85	83,8	-1,2	2,8
90	89,1	-0,9	2,6
95	95,5	0,5	2,5
99	98,6	-0,4	2,4

Frecuencia Cardíaca

Valor Simulado Patrón (LPM)	Valor Medido Equipo (LPM)	Error (LPM)	Incertidumbre Expandida $\pm U$ EXP
60	60,0	0,0	1,0
90	91,0	1,0	1,0
120	121,0	1,0	1,0
150	151,0	1,0	1,0
180	181,0	1,0	1,0


CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-16017-26
CALIBRATION CERTIFICATE No CD-16017-26

Página 3 de 3


Presión No Invasiva

Valor Simulado Patrón (mmHg)		Valor Medido Equipo (mmHg)		Error (mmHg)		Incertidumbre Expandida $\pm U$ EXP	
Sistólica	Diastólica	Sistólica	Diastólica	Sistólica	Diastólica	Sistólica	Diastólica
60	30	58,42	31,73	-1,58	1,73	1,1	0,6
120	80	116,46	82,77	-3,54	2,77	1,1	0,6
150	100	145,49	102,79	-4,51	2,79	3,2	4,5
200	150	196,86	152,16	-3,14	2,16	2,1	1,1


ERROR E INCERTIDUMBRE EXPANDIDA SATURACIÓN PARCIAL DE OXÍGENO




ERROR E INCERTIDUMBRE EXPANDIDA FRECUENCIA CARDÍACA



ERROR E INCERTIDUMBRE EXPANDIDA PRESIÓN SISTÓLICA NO INVASIVA



ERROR E INCERTIDUMBRE EXPANDIDA PRESIÓN DIASTÓLICA NO INVASIVA



FIN DEL CERTIFICADO