

**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-16135-26**  
**CALIBRATION CERTIFICATE No CD-16135-26**

Página 1 de 3



**Cliente:** Clínica La Merced Barranquilla Sociedad por Acciones Simplificadas  
**Customer**

**Dirección:** Calle 60 No. 38 - 29, Barrio El Recreo  
**Address**

**Ciudad:** Barranquilla, Atlántico  
**City**

**Instrumento:** Monitor de Signos Vitales  
**Instrument**

**Fabricante:** Mindray  
**Manufacturer**

**Modelo:** uMEC10  
**Model**

**Serie No.** KN-7A015210  
**Serial No.**

**Inventario:** AF002733  
**Stocktaking**

**Fecha de Recepción:** 05 de agosto de 2026  
**Reception Date**

**Fecha de Calibración:** 05 de agosto de 2026  
**Calibration Date**

**Fecha de Emisión:** 05 de agosto de 2026  
**Issue Date**

**Lugar de Calibración:** Instalaciones Del Cliente  
**Calibration Place**

**Ubicación:** Maternidad Recuperación 2  
**Place**

**Método de calibración:** Comparación directa con patrón simulador  
**Calibration method**

Este certificado de calibración no se podrá reproducir, excepto en su totalidad, sin la aprobación escrita del laboratorio. Este certificado de calibración aplica únicamente al equipo descrito arriba. Estos resultados corresponden únicamente al momento y lugar donde se realizó la calibración. El laboratorio no se responsabiliza de los daños y perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

This calibration certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory. This calibration certificate applies only to the equipment described above. These results correspond only to the time and place where the calibration was performed. The laboratory is not responsible for any damages that may derive from the improper use of the calibrated instruments.

**Aprobado Por:**  
**Approved By**



**Ing. Sofía Isabel García Calvo**  
Directora Laboratorio De Calibración  
Calibration Laboratory Director

## CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-16135-26

**CALIBRATION CERTIFICATE No CD-16135-26**

Página 2 de 3

### Incertidumbre de medición

Measurement Uncertainty

La incertidumbre de medición reportada fue calculada teniendo en cuenta las contribuciones de la dispersión, la resolución del patrón y del instrumento bajo calibración y la incertidumbre del patrón, con una K conforme a los grados de libertad calculados para una distribución de student con un 95% de nivel de confianza

### Condiciones Ambientales

Environmental Conditions

|                  | Mínima  | Máxima  | $\Delta$ |
|------------------|---------|---------|----------|
| Temperatura      | 21,0 °C | 23,0 °C | 2,0 °C   |
| Humedad Relativa | 58,0 %  | 61,0 %  | 3,0 %    |

### Trazabilidad

Traceability

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, que realizan las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

This calibration certificate documenting traceability to national standards, which perform measurement units according to the International System of Units (SI).

| Equipo Patrón                                                                      | Serie No     | Certificado No. | Emitido por | Fecha de Calibración |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|----------------------|
| Simulador de Presión no Invasiva Fluke Biomedical                                  | CALIBRAR-002 | L5743           | Biosancta   | 11/052026            |
| Cufflink SN 1051006<br>Simulador de saturación de oxígeno Fluke Biomedical Spot    | CALIBRAR-008 | L4772           | Biosancta   | 07/06/2024           |
| Light SN 2300046<br>Simulador de signos vitales<br>Contec MS 400 SN<br>23090400026 | CALIBRAR-007 | L5680           | Biosancta   | 20/04/2026           |

### Resultados de la calibración

Calibration Results

#### Saturación Parcial De Oxígeno (SpO<sub>2</sub>)

| Valor Simulado Patrón (%) | Valor Medido Equipo (%) | Error (%) | Incertidumbre Expandida $\pm U$ EXP |
|---------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 85                        | 83,8                    | -1,2      | 2,8                                 |
| 90                        | 89,1                    | -0,9      | 2,6                                 |
| 95                        | 95,5                    | 0,5       | 2,5                                 |
| 99                        | 98,6                    | -0,4      | 2,4                                 |

#### Frecuencia Cardíaca

| Valor Simulado Patrón (LPM) | Valor Medido Equipo (LPM) | Error (LPM) | Incertidumbre Expandida $\pm U$ EXP |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 60                          | 59,9                      | -0,1        | 0,9                                 |
| 90                          | 89,8                      | -0,2        | 1,0                                 |
| 120                         | 119,8                     | -0,2        | 1,0                                 |
| 150                         | 149,7                     | -0,3        | 1,1                                 |
| 180                         | 179,6                     | -0,4        | 1,1                                 |

## CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-16135-26


CALIBRATION CERTIFICATE No CD-16135-26

Página 3 de 3


### Presión No Invasiva

| Valor Simulado Patrón<br>(mmHg) |            | Valor Medido Equipo<br>(mmHg) |            | Error<br>(mmHg) |            | Incertidumbre Expandida<br>±U EXP |            |
|---------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------------------------|------------|
| Sistólica                       | Diastólica | Sistólica                     | Diastólica | Sistólica       | Diastólica | Sistólica                         | Diastólica |
| 60                              | 30         | 57,81                         | 31,88      | -2,19           | 1,88       | 1,1                               | 1,1        |
| 120                             | 80         | 115,66                        | 81,75      | -4,34           | 1,75       | 1,1                               | 1,1        |
| 150                             | 100        | 144,59                        | 100,70     | -5,41           | 0,70       | 1,1                               | 1,1        |
| 200                             | 150        | 196,46                        | 150,57     | -3,54           | 0,57       | 3,1                               | 1,1        |


**ERROR E INCERTIDUMBRE EXPANDIDA  
SATURACIÓN PARCIAL DE OXÍGENO**




**ERROR E INCERTIDUMBRE EXPANDIDA  
FRECUENCIA CARDÍACA**



**ERROR E INCERTIDUMBRE EXPANDIDA  
PRESIÓN SISTÓLICA NO INVASIVA**



**ERROR E INCERTIDUMBRE EXPANDIDA  
PRESIÓN DIASTÓLICA NO INVASIVA**



**FIN DEL CERTIFICADO**