

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-64535-26
CALIBRATION CERTIFICATE No CD-64535-26

Página 1 de 4



Cliente:
Customer
Clínica La Merced Barranquilla Sociedad por Acciones Simplificadas

Dirección:
Address
Calle 60 No. 38 - 29, Barrio El Recreo

Ciudad:
City
Barranquilla, Atlántico

Instrumento:
Instrument
Máquina de Anestesia

Fabricante:
Manufacturer
Mindray

Modelo:
Model
WATO EX-65

Serie No.
Serial No.
ER-57003418

Inventario:
Stocktaking
AF002082

Fecha de Recepción:
Reception Date
15 de agosto de 2026

Fecha de Calibración:
Calibration Date
15 de agosto de 2026

Lugar de Calibración:
Calibration Place
Instalaciones Del Cliente

Ubicación:
Place
Cirugía, Quirófano 4

Método de calibración:
Calibration method
Comparación directa con patrón simulador

Este certificado de calibración no se podrá reproducir, excepto en su totalidad, sin la aprobación escrita del laboratorio. Este certificado de calibración aplica únicamente al equipo descrito arriba. Estos resultados corresponden únicamente al momento y lugar donde se realizó la calibración. El laboratorio no se responsabiliza de los daños y perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

This calibration certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory. This calibration certificate applies only to the equipment described above. These results correspond only to the time and place where the calibration was performed. The laboratory is not responsible for any damages that may derive from the improper use of the calibrated instruments.

Aprobado Por:
Approved By


Ing. Sofía Isabel García Calvo
Directora Laboratorio Calibración
Calibration Laboratory Director

Firmado digitalmente por
SOFIA ISABEL
GARCIA CALVO
Fecha:
2026.08.24
15:53:40 -05'00'

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-64535-26

CALIBRATION CERTIFICATE No CD-64535-26

Página 2 de 4

Incertidumbre de medición

Measurement Uncertainty

La incertidumbre de medición reportada fue calculada teniendo en cuenta las contribuciones de la dispersión, la resolución del patrón y del instrumento bajo calibración y la incertidumbre del patrón, con una K conforme a los grados de libertad calculados para una distribución de student con un 95% de nivel de confianza

Condiciones Ambientales

Environmental Conditions

	Mínima	Máxima	Δ
Temperatura	20 °C	22 °C	2 °C
Humedad Relativa	50 %	53 %	3 %

Trazabilidad

Traceability

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, que realizan las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

This calibration certificate documenting traceability to national standards, which perform measurement units according to the International System of Units (SI).

Equipo Patrón	Código Interno	Certificado No.	Emitido por	Fecha de Calibración
Analizador de Flujos de Gases	CALIBRAR-010	L5208	Biosancta	6/05/2025

Resultados de la calibración

Calibration Results

Volumen Tidal (Vt)

Valor Programado (ml)	Valor Medido (ml)	Error (ml)	Incertidumbre Expandida $\pm U$ EXP
200	197,93	-2,07	3,6
400	393,43	-6,57	3,5
600	553,43	-46,57	3,6

Presión Inspiratoria (Pinsp)

Valor Programado (cmH ₂ O)	Valor Medido (cmH ₂ O)	Error (ml)	Incertidumbre Expandida $\pm U$ EXP
10,0	9,13	-0,87	0,22
15,0	13,40	-1,60	0,70
20,0	17,83	-2,17	0,13

Presión Positiva al Final de la Espiración (PEEP)

Valor Programado (cmH ₂ O)	Valor Medido (cmH ₂ O)	Error (cmH ₂ O)	Incertidumbre Expandida $\pm U$ EXP
6	6,23	0,23	0,13
9	8,77	-0,23	0,22
12	11,85	-0,15	0,12

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-64535-26

CALIBRATION CERTIFICATE No CD-64535-26





Página 3 de 4

Frecuencia Respiratoria RPM

Valor Programado (RPM)	Valor Medido (RPM)	Error (RPM)	Incertidumbre Expandida $\pm U_{EXP}$
16	16,00	0,00	0,11
14	14,00	0,00	0,11
12	12,00	0,00	0,11


Relación I:E

Valor Programado	Valor Medido	Error	Incertidumbre Expandida $\pm U_{EXP}$
1:2	1:1,78	-0,22	0,11



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-64535-26
CALIBRATION CERTIFICATE No CD-64535-26

Página 4 de 4



Observaciones

Remarks

FIN DEL CERTIFICADO