

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-16078-26
CALIBRATION CERTIFICATE No CD-16078-26


Página 1 de 3



Cliente: Clínica La Merced Barranquilla Sociedad por Acciones Simplificadas
Customer
Dirección: Calle 60 No. 38 - 29, Barrio El Recreo
Address
Ciudad: Barranquilla, Atlántico
City
Instrumento: Desfibrilador
Instrument
Fabricante: Mindray
Manufacturer
Modelo: BeneHeart D3
Model
Serie No. EL-73034703
Serial No.
Inventario: CA 0530
Stocktaking
Fecha de Recepción: 05 de junio de 2026
Reception Date
Fecha de Calibración: 05 de junio de 2026
Calibration Date
Lugar de Calibración: Instalaciones Del Cliente
Calibration Place
Ubicación: Hospitalización Piso 4 Torre A
Place
Método de calibración: Comparación directa con patrón simulador
Calibration method

Este certificado de calibración no se podrá reproducir, excepto en su totalidad, sin la aprobación escrita del laboratorio. Este certificado de calibración aplica únicamente al equipo descrito arriba. Estos resultados corresponden únicamente al momento y lugar donde se realizó la calibración. El laboratorio no se responsabiliza de los daños y perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

This calibration certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory. This calibration certificate applies only to the equipment described above. These results correspond only to the time and place where the calibration was performed. The laboratory is not responsible for any damages that may derive from the improper use of the calibrated instruments.

Calibrado Por: Ing. Krysty Marcela Tarazona Sanchez
Calibrated By
Aprobado Por: 
Approved By
Ing. Alfonso Enrique Ortiz Barrios
Gerente General
General Manager

Firmado digitalmente por
ALFONSO
ENRIQUE ORTIZ
BARRIOS
Fecha: 2026.06.16
16:28:01 -05'00'



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-16078-26

CALIBRATION CERTIFICATE No CD-16078-26

Página 2 de 3

Incertidumbre de medición

Measurement Uncertainty

La incertidumbre de medición reportada fue calculada teniendo en cuenta las contribuciones de la dispersión, la resolución del patrón y del instrumento bajo calibración y la incertidumbre del patrón, con una K conforme a los grados de libertad calculados para una distribución de student con un 95% de nivel de confianza

Condiciones Ambientales

Environmental Conditions

Temperatura	Mínima	Máxima	Δ
	24,0 °C	25,0 °C	1,0 °C
Humedad Relativa	61,0 %	63,0 %	2,0 %

Trazabilidad

Traceability

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, que realizan las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

This calibration certificate documenting traceability to national standards, which perform measurement units according to the International System of Units (SI).

Equipo Patrón	Código Interno	Certificado No.	Emitido por	Fecha de Calibración
Analizador De Desfibrilación	CMB-003	L4806	Biosancta	16/07/2024

Resultados de la calibración

Calibration Results

Energía en Julios

Energía Seleccionada EBC	Energía Medida Patrón	Error	Incertidumbre Expandida $\pm U$ EXP
Julios	Julios	Julios	Julios
50	49,00	-1,00	1,0
100	97,30	-2,70	0,74
200	194,67	-5,33	2,7
300	293,53	-6,47	3,5
360	349,60	-10,40	5,0

Voltaje Pico 1 en Voltios AC

Energía Seleccionada EBC	Voltaje Pico Medido Patrón	Incertidumbre Expandida $\pm U$ EXP
Julios	VAC	VAC
50	698,33	11
100	983,67	14
200	1392,00	19
300	1709,00	23
360	1864,67	25

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-16078-26
CALIBRATION CERTIFICATE No CD-16078-26

Página 3 de 3

Corriente Pico 1 en Amperios AC

Energía Seleccionada EBC	Corriente Pico Medido Patrón	Incertidumbre Expandida $\pm U$ EXP
Julios	A AC	A AC
50	13,97	0,65
100	19,63	0,68
200	27,83	0,73
300	34,17	0,78
360	37,27	0,81

Tiempo Onda 1 en Milisegundos

Energía Seleccionada EBC	T50 Medido Patrón	Incertidumbre Expandida $\pm U$ EXP
Julios	ms	ms
50	7,60	1,3
100	7,63	1,3
200	7,60	1,3
300	7,60	1,3
360	7,60	1,3

Tiempo Onda 2 en Milisegundos

Energía Seleccionada EBC	T10 Medido Patrón	Incertidumbre Expandida $\pm U$ EXP
Julios	ms	ms
50	5,20	1,3
100	5,20	1,3
200	5,20	1,3
300	5,20	1,3
360	5,20	1,3

FIN DEL CERTIFICADO