


	PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	F-EMD-19
		Versión: 5
		Fecha: 27/05/ 2025
		Página: 1 de 1

1. INFORMACIÓN BÁSICA

Equipo	DPPLER FETAL	Tipo de equipo	DIAGNOSTICO
Marca	EDAN	Servicio ubicado	URGENCIAS GINECOLOGICAS
Modelo	SONOTRAX	Fecha de adquisición	7/11/2025
Serie	560054-M25807450016	Reg. Invima	2017DM-0001107R1
Inventario	N/P	Clasificación	IIA
Compra	☒	Arrendamiento	☐
		Comodato	☐
		Leasing	☐
		Nuevo	☐
		Usado	☐

2. MANTENIMIENTO

REVISIÓN DIARIA
Es realizada por los usuarios de equipo en el servicio correspondiente

MANTENIMIENTO CORRECTIVO		RUTINA DE MANTENIMIENTO							MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
Es realizado por personal especializado en le reparación y mantenimiento de equipos médicos interno o externos según necesidad o tipo de contratación las veces que el equipo lo requiera		Prueba de funcionamiento con el operador.	Revisión del estado físico y funcional del transductor.	Revisión carga de batería.	Inspección de display y control de volumen.	Verificación de estado funcional de cargador (si aplica)	Limpieza integral externa y interna.	Verificación de correcto funcionamiento	Es realizado por personal especializado en la reparación y mantenimiento de equipos médicos interno o externos según necesidad o tipo de contratación, con una cronología semestral o según el equipo lo requiera basado en recomendaciones del fabricante, está centrado en una rutina de verificación y procedimientos específicos.	
									Año 2026	
Mes	Día programado									
Enero										
Febrero										
Marzo	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Firma del Biomédico 
Abril										Firma quien recibe 
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Firma del Biomédico
Octubre										Firma quien recibe
Noviembre										
Diciembre										

Observaciones 1er Mantenimiento:

Observaciones 2do Mantenimiento: