

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-16126-26
CALIBRATION CERTIFICATE No CD-16126-26

Página 1 de 4



Cliente: Clínica La Merced Barranquilla Sociedad por Acciones Simplificadas
Customer

Dirección: Calle 60 No. 38 - 29, Barrio El Recreo
Address

Ciudad: Barranquilla, Atlántico
City

Instrumento: Desfibrilador
Instrument

Fabricante: Mindray
Manufacturer

Modelo: BeneHeart D3
Model

Serie No. EL-3C011619
Serial No.

Inventario: AF001977
Stocktaking

Fecha de Recepción: 04 de agosto de 2026
Reception Date

Fecha de Calibración: 04 de agosto de 2026
Calibration Date

Lugar de Calibración: Instalaciones Del Cliente
Calibration Place

Ubicación: Hospitalización Piso 6 - Carro de Paro
Place

Método de calibración: Comparación directa con patrón simulador
Calibration method

Este certificado de calibración no se podrá reproducir, excepto en su totalidad, sin la aprobación escrita del laboratorio. Este certificado de calibración aplica únicamente al equipo descrito arriba. Estos resultados corresponden únicamente al momento y lugar donde se realizó la calibración. El laboratorio no se responsabiliza de los daños y perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

This calibration certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory. This calibration certificate applies only to the equipment described above. These results correspond only to the time and place where the calibration was performed. The laboratory is not responsible for any damages that may derive from the improper use of the calibrated instruments.

Aprobado Por:
Approved By



Ing. Sofía Isabel García Calvo
Directora Laboratorio de Calibración
Calibration Laboratory Director

Firmado digitalmente por
SOFIA ISABEL
GARCIA CALVO
Fecha: 2026.08.11
20:38:37 -05'00'

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-16126-26

CALIBRATION CERTIFICATE No CD-16126-26

Página 2 de 4

Incertidumbre de medición

Measurement Uncertainty

La incertidumbre de medición reportada fue calculada teniendo en cuenta las contribuciones de la dispersión, la resolución del patrón y del instrumento bajo calibración y la incertidumbre del patrón, con una K conforme a los grados de libertad calculados para una distribución de student con un 95% de nivel de confianza

Condiciones Ambientales

Environmental Conditions

	Mínima	Máxima	Δ
Temperatura	25,0 °C	26,0 °C	1,0 °C
Humedad Relativa	57,0 %	58,0 %	1,0 %

Trazabilidad

Traceability

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, que realizan las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

This calibration certificate documenting traceability to national standards, which perform measurement units according to the International System of Units (SI).

Equipo Patrón

Analizador De Desfibrilación

Código Interno

CALIBRAR-011

Certificado No.

L4806

Emitido por

Biosancta

Fecha de Calibración

16/07/2024

Resultados de la calibración

Calibration Results

Energía en Julios

Energía Seleccionada EBC	Energía Medida Patrón	Error	Incertidumbre Expandida $\pm U$ EXP
Julios	Julios	Julios	Julios
50	48,33	-1,67	0,85
100	96,40	-3,60	1,7
200	192,80	-7,20	2,6
300	288,07	-11,93	1,4
360	342,10	-17,90	4,7

Voltaje Pico 1 en Voltios AC

Energía Seleccionada EBC	Voltaje Pico 1 Medido Patrón	Incertidumbre Expandida $\pm U$ EXP
Julios	VAC	VAC
50	688,33	10
100	972,67	14
200	1375,67	18
300	1680,67	22
360	1830,33	25

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-16126-26

CALIBRATION CERTIFICATE No CD-16126-26

Página 3 de 4

Corriente Pico 1 en Amperios AC

Energía Seleccionada EBC	Corriente Pico 1 Medido Patrón	Incertidumbre Expandida $\pm U$ EXP
Julios	A AC	A AC
50	13,80	0,64
100	19,40	0,67
200	27,50	0,72
300	33,60	0,77
360	37,23	1,5

Tiempo Onda 1 en Milisegundos

Energía Seleccionada EBC	Tiempo Onda 1 Medido Patrón	Incertidumbre Expandida $\pm U$ EXP
Julios	ms	ms
50	8,00	1,3
100	8,00	1,3
200	8,00	1,3
300	8,00	1,3
360	8,00	1,3

Tiempo Onda 2 en Milisegundos

Energía Seleccionada EBC	Tiempo Onda 2 Medido Patrón	Incertidumbre Expandida $\pm U$ EXP
Julios	ms	ms
50	5,30	1,3
100	5,30	1,3
200	5,30	1,3
300	5,30	1,3
360	5,30	1,3

Voltaje Pico 2 en Voltios AC

Energía Seleccionada EBC	Voltaje Pico 2 Medido Patrón	Incertidumbre Expandida $\pm U$ EXP
Julios	V AC	V AC
50	364,00	6,6
100	513,00	8,3
200	725,67	11
300	886,33	13
360	965,67	14

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-16126-26
CALIBRATION CERTIFICATE No CD-16126-26

Página 4 de 4

Corriente Pico 2 en Amperios AC

Energía Seleccionada EBC	Corriente Pico 2 Medido Patrón	Incertidumbre Expandida $\pm U$ EXP
Julios	A AC	A AC
50	7,30	0,61
100	10,30	0,63
200	14,50	0,65
300	17,70	0,66
360	19,30	0,68

Inclinación en %

Energía Seleccionada EBC	Inclinación Medida Patrón	Incertidumbre Expandida $\pm U$ EXP
Julios	%	%
50	70,00	1,4
100	70,00	1,4
200	70,00	1,4
300	70,00	1,4
360	70,00	1,4

FIN DEL CERTIFICADO