



FICHA TECNICA

Codigo: F-EMD-23
Version:04
Vigencia: 14/11/2023
Pagina: 1 de 1

CARACTERISTICAS TECNICAS

INFORMACIÓN GENERAL



Equipo:	ELECTROCARDIOGRAFO	Marca:	COMEN
Modelo:	H3	Serie:	H3220518003
Clasificación:	IIA	Reg. Invima:	2024DM-0012412
Inventario:	AF004086	Subgrupo:	DIAGNOSTICO
Servicio:	URGENCIA GINECOLOGICA	Ubicación:	REANIMACION
Periodicidad Mantenimiento:	SEMESTRAL	Fecha Adquisición:	05/01/2023
Compra ☒ Arrendamiento ☐ Comodato ☐ Leasing ☐ ☐ ☐			

DATOS TÉCNICOS

CARACTERISTICAS FISICAS

Voltaje (V):	120-240	Dimensiones (cm):	26x18x5
Corriente (A)	1,5	Color:	BLANCO
Potencia (W)	172,5	No. de Puertas:	N/P
Frecuencia (Hz):	60	Clase de Sistema:	ELECTRONICO
Peso (Kg):	1,5	Capacidad:	N/P
Revoluciones por Minuto (RPM):	N/P	Temperatura Grado Celsius:	10-40

ACCESORIOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	CABLE AC, BATERIA RECARGABLE, CABLE ECG, CHUPAS, JUEGO DE PINZAS

MANUALES

GARANTIA

Manual de Operaciones: SI ☐ NO ☒	TIEMPO DE GARANTIA	6 MESES
Manual de Servicio: SI ☐ NO ☒	PROVEDOR	MEDIMARKET

REGISTRO DE ELABORACIÓN

Nombres completos: JUAN CABARCAS



Cargo: BIOMEDICO

Fecha: 05/01/2023

EQUIPO: <i>Electrocardiografo</i>	MARCA: <i>Comen</i>
MODELO: <i>#3</i>	SERIE: <i>#3220518003</i>
No. INV.: <i>A5004086</i>	REG INVIMA: <i>2014 Dm-0012412</i>

TRABAJO REALIZADO

[illegible]

 RepubliCa de Colombia Declaración de Importación		Privada	500																																																						
Año 2022 Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario leer cuidadosamente las instrucciones)		Número de formulario 032022000940896-1																																																							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 901003711 13. Dirección CL 76 B 42 F 122 OF 504 A		8. DV. 0 11. Apellidos y nombres o Razón Social INVERSIONES BIOSUMMA S.A.S 15. Teléfono 3007405777 16. Cod. Dpto. 03 17. Cod. Ciudad Municipio 001																																																							
24. Número de Identificación Tributaria (NIT) 900483541 25. Número documento de identificación 52484510		25. DV. 1 26. Razón social del declarante autorizado AGENCIA DE ADUANAS ASESORES LOGISTICOS MUNDIALES S. A. S NIV 30. Apellidos y nombres NEIRA VELASCO YULLY ANDREA 35. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX 36. Cod. Admón. XX 37. Declaración de Exportación No. XXXXXXXXXXXXXXXX 38. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX 39. Cod. Admón. XX																																																							
31. Clase 02 32. Tipo declaración Inicial 33. Cod. 1 34. No. Formulario Anterior XXXXXXXXXXXXXXXX		40. Cod. lugar ingreso de las mercancías BOG 41. Cod. Depósito 13907 42. Manifiesto de carga No. 9193899279 43. Año - Mes - Día 2022 - 07 - 08 44. Documento de transporte No. 235-47398411 45. Año - Mes - Día 2022 - 06 - 24																																																							
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD. 49. Dirección exportador o proveedor en el exterior NO 2 OF FIYTA TIMEPIECE B/DING, 518000		47. Ciudad SHENZHEN 48. Cod. País Exportador 215 50. E-mail																																																							
51. No. de factura ZXB2022040101 52. Año - Mes - Día 2022 - 06 - 02 53. Cod. país procedencia 351 54. Cod. Modo Transporte 4 55. Código de Bandera 827 56. Cod. Dpto. destino 8		57. Empresa transportadora TURKISH AIRLINES INC SUCURSAL COLOMBIA 58. Tasa de cambio \$ cvs. 4,151.21 59. Subpartida arancelaria 9018110000 60. Cod. Complementario XX 61. Cod. Suplementario XX 62. Cod. Modalidad C200 63. No. cuotas o meses XX 64. Valor cuota USD XXXX 65. Periodicidad del pago de la cuota XX 66. Cod. país de origen 215 67. Cod. Acuerdo XXX																																																							
68. Forma de pago de la importación 08 69. Tipo de importación 01 70. Cod. país compra 215 71. Peso bruto kgs 81.62 72. Peso neto kgs 77.54 73. Código embalaje CS 74. No. bultos 69 75. Subpartidas 3 76. Cod. unidad comercial U 77. Cantidad doms. 30.00		78. Valor FOB USD 79. Valor fletes USD 80. Valor Seguros USD 81. Valor Otros Gastos USD 82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 83. Ajuste valor USD 84. Valor aduana USD 85. Código registro o licencia R 86. Número 50102719 87. Cod. oficina 3 88. Año 2022 89. Programa No. XXXXXXXXXXXX 90. Cod. Interno del Producto 0																																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>%</th> <th>Base</th> <th>Total Liquidado (\$)</th> <th>Total a pagar con esta declaración (\$)</th> <th>Total Liquidado (USD)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arancel</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>19.00</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Salvaguardia</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Derechos Compensatorios</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Derechos Antidumping</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Sanción</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Recaste</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)	Arancel	0.00		0	0	0	IVA	19.00			0	0	Salvaguardia	0.00		0	0	0	Derechos Compensatorios	0.00		0	0	0	Derechos Antidumping	0.00		0	0	0	Sanción	0		0	0		Recaste	0		0	0		Total					0
Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)																																																				
Arancel	0.00		0	0	0																																																				
IVA	19.00			0	0																																																				
Salvaguardia	0.00		0	0	0																																																				
Derechos Compensatorios	0.00		0	0	0																																																				
Derechos Antidumping	0.00		0	0	0																																																				
Sanción	0		0	0																																																					
Recaste	0		0	0																																																					
Total					0																																																				
91. Descripción de las mercancías: (Se indica la descripción de las mercancías a importar con la señalada en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluye marcas, señales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario) DO BOG-22-1584. Declaración (3-3). MERCANCIA UTECADA EN ZONA FRANCA BOGOTÁ EN EL DEPOSITO ADUANERO LOGICALL MANZANA 9 BODEGA 16. P roductor: ELECTROCARDIOGRAFO. Marca: COMEN. Modelo: H3. Referencia: H3. Serial: H3220518001, H3220518002, H3220518003, H3220518004 , H3220518005, H3220518006, H3220518007, H3220518008, H3220518009, H3220518010, H3220518011, H3220518012, H3220518013, H322051801 4, H3220518015, H3220518016, H3220518017, H3220518018, H3220518019, H3220518020, H3220518021, H3220518022, H3220518023, H32205180 24, H3220518025, H3220518026, H3220518027, H3220518028, H3220518029, H3220518030. Uso o destino: EQUIPO MEDICO DESTINADOS A LA PR ODUCCION DE CARDIOGRAMAS CON FINES DE DIAGNOSTICO CON ELECTRODOS ASOCIADOS, ES UTIL EN EL DIAGNOSTICO DE MUCONtinúa al respaldo)																																																									
127. Valor pagos anteriores: 0 128. Recibo oficial de pago anterior No. XXXXXXXXXXXXXXXX 129. Fecha: XXXX XX XX		130. Espacio reservado DIAN - Aduana aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior 131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores 132. No. Aceptación declaración 032022000940896 133. Fecha: 2022 07 09																																																							
134. Levante No. 032022000857649 135. Fecha 2022 - 07 - 09 Firma declarante 		Firma funcionario responsable  136. Nombre YULLY ANDREA NEIRA V 137. C.C. No. CC. 82.484.510																																																							
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario		980. Pago Total \$ 996. Espacio para Número autoadhesivo 91003030976351																																																							

Fecha de Impresión: 2022-07-09 11:10:47

20223395159584

整机安规检测报告

Page 2

General safety regulations

I029-03_01		患者漏电流 d.c., 正常状态 $\leq 0.01\text{mA}$; 单一故障 $\leq 0.05\text{mA}$ (BF)			
		Patient leakage current d.c., NC $\leq 0.01\text{mA}$; SFC $\leq 0.05\text{mA}$ (BF)			
		患者漏电流 (应用部分最高额定网电源电压加压 110%) $\leq 5\text{mA}$ (BF)			
		Patient leakage current d.c., NC $\leq 0.01\text{mA}$; SFC $\leq 0.05\text{mA}$ (BF)			
		a.c., 正常状态 $\leq 0.01\text{mA}$; 单一故障 $\leq 0.05\text{mA}$ (CF)	0.3 μA	0.3 μA	
		a.c., NC $\leq 0.01\text{mA}$; SFC $\leq 0.05\text{mA}$ (CF)	0.1 μA	0.1 μA	
		d.c., 正常状态 $\leq 0.01\text{mA}$; 单一故障状态 $\leq 0.05\text{mA}$ (CF)			
		a.c., NC $\leq 0.01\text{mA}$; SFC $\leq 0.05\text{mA}$ (CF)			
		a.c., 正常状态 $\leq 0.1\text{mA}$; 单一故障状态 $\leq 0.5\text{mA}$ (BF)			
		a.c., NC $\leq 0.1\text{mA}$; SFC $\leq 0.5\text{mA}$ (BF)			
		d.c., 正常状态 $\leq 0.01\text{mA}$; 单一故障状态 $\leq 0.05\text{mA}$ (BF)			
		d.c., NC $\leq 0.01\text{mA}$; SFC $\leq 0.05\text{mA}$ (BF)			
		测试员	2022.05.19		
		Tested by			
		20. 正常工作温度下电介质强度			
		现象:			
		a)Between the power supply part of the network and the accessible grounded metal part (A-a1): it should be able to withstand 50Hz/60 Hz, 1500V sine wave test voltage for 60s, without breakdown or flashover;			
		b)网电源部分和未保护接地外壳部件之间 (A-a2): 应能承受 50/60Hz、4000V 正弦波试验电压 60s, 无击穿或闪络现象;			
		a)Between the power supply part of the network and the accessible grounded metal part (A-a1): it should be able to withstand 50Hz/60 Hz, 1500V sine wave test voltage for 60s, without breakdown or flashover;			
		c)应用部分与网电源部分之间 (B-a): 应能承受 50/60Hz、4000V 正弦波试验电压 60s, 无击穿或闪络现象;			
		现象:			
		c)Between the application part and the power supply part of the network (B-a): it should be able to withstand 50Hz/60 Hz, 4000V sine wave test voltage for 60s without breakdown or flashover phenomenon;			
		d)应用部分和包括信号输入及信号输出部分在内的外壳之间 (B-d): 应能承受 50/60Hz、1500V 正弦波试验电压 60s, 无击穿或闪络现象。			

正常工作温度下的患者
辅助电流

Patient auxiliary current
at normal operating
temperature

整机安规检测报告

General safety regulations

Page 3

I029-03_01

		d) Between the application part and the housing including the signal input and signal output parts (B-d): it should be able to withstand a 50Hz/60 Hz, 1500V sine wave test voltage for 60s without breakdown or flashover. e) 在应用部分各部件之间和 (或) 在应用部分隔离的未保护接地部件之间 (B-b): 应能承受 50/60Hz、1500V 正弦波试验电压 60s, 无击穿或闪络现象 e) Between the parts of the application part and / or between the unprotected ground parts isolated from the application part (B-b): It should be able to withstand 50Hz/60 Hz, 1500V sine wave test voltage for 60s, without breakdown or flashover	Yes ☐ No ☐	
结果判定 Verdict	Passed ☒ Failed ☐	测试员/日期 Tested by/Date 黄天福 2022.05.19	审核/日期 Reviewed by/Date 邓林松 2022.05.19	

QR-F-0112-CTO-02_G

Test report for H3

仪器型号 Product Model		H3		仪器编号 Serial Number		H3220518003	
检测环境 Ambient Conditions		环境温度 Ambient Temperature		25.5 °C		环境湿度 Ambient Humidity	
						48.0 %	
检测设备 Equipment Used for Testing	名称 Name	编号 Serial Number		名称 Name	编号 Serial Number		
	心电图机检定仪 ECG and EEG Measurement Set	9w-0004-16		卡尺 Calliper	8w-00015-26		
序号 NO.	检验项目 Test Items	标准要求 (产品技术要求) Standard Requirements		实测结果 Test Results		单项判定 Verdict	
1	开机检测 Power-on test	开机的检测 Power-on test		Yes ☒ No ☐		Passed ☒ Failed ☐	
2	定标电压 Calibration Voltage	1mV, 误差范围±1% 1 mV, tolerance±5%		10.0 (9.9~10.1)mm		Passed ☒ Failed ☐	
3	频率特性 Frequency Characteristic	测量值 Test value	10Hz	9.4 (7.079-10.47)mm		Passed ☒ Failed ☐	
			100Hz	8.3 (7.079-10.47)mm			
			150 Hz	7.5 (7.079-10.47)mm			
4	灵敏度 Sensitivity	测量值 Test value	20mm/mV	20.0 (19.6~20.4)mm		Passed ☒ Failed ☐	
5	走纸速度 Paper speed	周期长 Long cycle	5mm/s	10.0 (9.8~10.2)mm		Passed ☒ Failed ☐	
			50mm/s	10.0 (9.8~10.2)mm			
6	心率测量 HR measurement	测量值 Test value	30	30 (29~31)bpm		Passed ☒ Failed ☐	
			300	300 (297~303)bpm			
整机功能检测一 Machine Functional Test 一		测试员 Tested by	日期 Date		2022-05-19		
7	外观检测 Appearance Inspection	外形, 操作, 文字和标志 Appearance, operating, text and labels					Passed ☒ Failed ☐
8	联网功能检测 Networking function tests	仪器能连接网络 The instrument can connect to the network					Passed ☒ Failed ☐
9	出厂设置 Factory Settings	恢复厂家默认配置 Restore factory default settings					Passed ☒ Failed ☐
		手动菜单选项默认设置 Manually reset the menu options to default values					Passed ☒ Failed ☐
10	订单需求配置 Customer Order Configuration	开机界面确认 Screen confirmation of Power-On information					Passed ☒ Failed ☐
		程序版本确认 Program Version Confirmation					Passed ☒ Failed ☐
		语言确认 Language Confirmation					Passed ☒ Failed ☐

COMEN

深圳市科曼医疗设备有限公司

Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd

心电图机(H3)整机检测记录表

Test report for H3

Page 2

QR-F-0112-CTO-02 G

		时间确认 Confirm system time	Passer ☒ Failed ☐
11	合格证填写 Certificates	对应仪器铭牌填写合格证，并挂在提手上 All the devices' nameplate cover the certificate information and hanged on the handles correspondingly.	Passer ☒ Failed ☐
整机功能检测三 Machine Functional Test 三		测试员/日期 Tested by /Date 黄志泉 2022.05.19	审核/日期 Reviewed by /Date 2022.05.19