

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-61274-26
CALIBRATION CERTIFICATE No CD-61274-26

Página 1 de 4



Cliente: Clínica La Merced Barranquilla Sociedad por Acciones Simplificadas
Customer

Dirección: Calle 60 No. 38 - 29, Barrio El Recreo
Address

Ciudad: Barranquilla, Atlántico
City

Instrumento: Desfibrilador
Instrument

Fabricante: Mindray
Manufacturer

Modelo: BeneHeart D3
Model

Serie No. EL-21002037
Serial No.

Inventario: AF002528
Stocktaking

Fecha de Recepción: 27 de abril de 2026
Reception Date

Fecha de Calibración: 27 de abril de 2026
Calibration Date

Lugar de Calibración: Instalaciones Del Cliente
Calibration Place

Ubicación: Recuperación
Place

Método de calibración: Comparación directa con patrón simulador
Calibration method

Este certificado de calibración no se podrá reproducir, excepto en su totalidad, sin la aprobación escrita del laboratorio. Este certificado de calibración aplica únicamente al equipo descrito arriba. Estos resultados corresponden únicamente al momento y lugar donde se realizó la calibración. El laboratorio no se responsabiliza de los daños y perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

This calibration certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory. This calibration certificate applies only to the equipment described above. These results correspond only to the time and place where the calibration was performed. The laboratory is not responsible for any damages that may derive from the improper use of the calibrated instruments.

Calibrado Por: Ing. Jhoiner Alexander Landazabal Afanador
Calibrated By

Aprobado Por: 
Approved By
Ing. Alfonso Enrique Ortiz Barrios
Gerente General
General Manager

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-61274-26
CALIBRATION CERTIFICATE No CD-61274-26

Página 2 de 4

Incertidumbre de medición
Measurement Uncertainty

La incertidumbre de medición reportada fue calculada teniendo en cuenta las contribuciones de la dispersión, la resolución del patrón y del instrumento bajo calibración y la incertidumbre del patrón, con una K conforme a los grados de libertad calculados para una distribución de student con un 95% de nivel de confianza

Condiciones Ambientales

Environmental Conditions

Temperatura	Mínima	Máxima	Δ
	20,0 °C	21,0 °C	1,0 °C
Humedad Relativa	70,0 %	75,0 %	0,0 %

Trazabilidad

Traceability

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, que realizan las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

This calibration certificate documenting traceability to national standards, which perform measurement units according to the International System of Units (SI).

Equipo Patrón	Código Interno	Certificado No.	Emitido por	Fecha de Calibración
Analizador De Desfibrilación	CMB-003	L4806	Biosancta	16/07/2024

Resultados de la calibración

Calibration Results

Energía en Julios

Energía Seleccionada EBC	Energía Medida Patrón	Error	Incertidumbre Expandida $\pm U$ EXP
Julios	Julios	Julios	Julios
50	47,22	-2,78	0,62
100	93,98	-6,02	0,69
200	188,30	-11,70	0,82
300	282,12	-17,88	0,85
360	338,46	-21,54	0,82

Voltaje Pico 1 en Voltios AC

Energía Seleccionada EBC	Voltaje Pico 1 Medido Patrón	Incertidumbre Expandida $\pm U$ EXP
Julios	VAC	VAC
50	690,00	10
100	974,20	14
200	1380,60	18
300	1689,80	22
360	1850,00	24

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-61274-26
CALIBRATION CERTIFICATE No CD-61274-26

Página 3 de 4

Corriente Pico 1 en Amperios AC

Energía Seleccionada EBC	Corriente Pico 1 Medido Patrón	Incertidumbre Expandida $\pm U$ EXP
Julios	A AC	A AC
50	13,80	0,64
100	19,50	0,67
200	27,60	0,72
300	33,80	0,77
360	37,00	0,79

Tiempo Onda 1 en Milisegundos

Energía Seleccionada EBC	Tiempo Onda 1 Medido Patrón	Incertidumbre Expandida $\pm U$ EXP
Julios	ms	ms
50	8,00	1,3
100	8,00	1,3
200	8,00	1,3
300	8,00	1,3
360	8,00	1,3

Tiempo Onda 2 en Milisegundos

Energía Seleccionada EBC	Tiempo Onda 2 Medido Patrón	Incertidumbre Expandida $\pm U$ EXP
Julios	ms	ms
50	0,50	1,3
100	0,50	1,3
200	0,50	1,3
300	0,50	1,3
360	0,50	1,3

Voltaje Pico 2 en Voltios AC

Energía Seleccionada EBC	Voltaje Pico 2 Medido Patrón	Incertidumbre Expandida $\pm U$ EXP
Julios	V AC	V AC
50	354,00	6,4
100	502,00	8,1
200	709,40	11
300	868,40	12
360	951,80	13

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-61274-26
CALIBRATION CERTIFICATE No CD-61274-26

Página 4 de 4

Corriente Pico 2 en Amperios AC

Energía Seleccionada EBC	Corriente Pico 2 Medido Patrón	Incertidumbre Expandida $\pm U$ EXP
Julios	A AC	A AC
50	7,10	0,61
100	10,00	0,62
200	14,20	0,64
300	17,34	0,66
360	19,00	0,67

Inclinación en %

Energía Seleccionada EBC	Inclinación Medida Patrón	Incertidumbre Expandida $\pm U$ EXP
Julios	%	%
50	72,00	1,4
100	72,00	1,4
200	72,00	1,4
300	72,00	1,4
360	72,00	1,4

FIN DEL CERTIFICADO