Ventania Metrology Lab

Rua Kelvin, 300 - Porto Ventania/SC - Brasil

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO / CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado / Certificate No.: **VT-8160/2026**

Cliente / Customer
Indústria Modelo Ltda

Instrumento / Instrument
Manômetro

Fabricante / Manufacturer
Tessmar

ID
MN-8534

Série / Serial No.
F986368

Faixa / Range
0 to 16 bar

Resolução / Resolution
0.2 bar

Data da calibração / Calibration date
2026-06-11

Emissão / Issue date
2026-06-14

Temperatura / Temperature
19.6 °C

Umidade / Humidity
61 %

Nominal (bar)	Indicação / Reading (bar)	Erro / Error (bar)	U (bar)	k
0.0	0.0	0.0	0.36	2.00
2.0	2.2	0.2	0.22	2.03
4.0	4.4	0.4	0.41	2.11
6.0	6.0	0.0	0.36	2.03
8.0	8.0	0.0	0.43	2.05
10.0	9.8	-0.2	0.18	2.00
12.0	12.4	0.4	0.41	2.00
14.0	14.0	0.0	0.44	2.00
16.0	16.0	0.0	0.18	2.03

Expanded uncertainty U = k · uc / Incerteza expandida U = k · uc.

Ana Freitas
Técnico / Technician

DOCUMENTO FICTÍCIO - gerado para estudo de machine learning, sem validade.