Laboratório Bom Sereno de Ensaios e Calibração

Praça do Micrômetro, 8 - Bom Sereno/PR

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

Número **BS 20255570**

Cliente
Caldeiraria Demonstração Ltda

Descrição
Relógio comparador

Identificação do cliente
RC-9844

Faixa nominal
0 a 10 mm

Menor divisão
0,001 mm

Umidade relativa
56 %

Data da calibração
28/mai/2025

Data deste certificado
03/jun/2025

Fabricante
Metrovix

Nº de série
H744054

Temperatura ambiente
22,5 °C

Ponto	Referência (mm)	Medido (mm)	Erro de indicação (mm)	U (k=2) (mm)
1	0,000	-0,001	-0,001	0,0012
2	2,000	2,001	0,001	0,0020
3	4,000	4,001	0,001	0,0014
4	6,000	5,999	-0,001	0,0008
5	8,000	7,994	-0,006	0,0009
6	10,000	10,000	0,000	0,0013

Os resultados referem-se somente ao item calibrado. U para k = 2.

Júlio Duarte
Metrologista

DOCUMENTO FICTÍCIO - gerado para estudo de machine learning, sem validade.