Metrologia Serra Clara
Rua das Medidas, 120 - Distrito Industrial - Vale Verde/MG

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

Certificado nº **SC-2026-90493**

Cliente: Montagens Imaginárias Ltda
Instrumento: Relógio comparador
Identificação: RC-6124
Fabricante: Exatron
Nº de série: E996839
Faixa de medição: 0 a 10 mm
Resolução: 0,01 mm
Data da calibração: 09/03/2026
Data de emissão: 17/03/2026
Temperatura ambiente: 23,0 °C
Umidade relativa: 52 %

Valor nominal (mm)	Valor indicado (mm)	Erro (mm)	Incerteza (U) (mm)	k
0,00	0,01	0,01	0,012	2,00
1,00	0,99	-0,01	0,009	2,00
2,00	2,00	0,00	0,011	2,00
3,00	3,00	0,00	0,019	2,05
4,00	4,00	0,00	0,015	2,03
5,00	5,00	0,00	0,017	2,00
6,00	6,00	0,00	0,012	2,05
7,00	7,02	0,02	0,022	2,05
8,00	8,00	0,00	0,023	2,00
9,00	9,01	0,01	0,019	2,05
10,00	10,01	0,01	0,024	2,00

A incerteza expandida (U) corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.

Hugo Campos
Técnico executante

DOCUMENTO FICTÍCIO - gerado para estudo de machine learning, sem validade.