Instituto Pedra Azul de Metrologia
Av. Tolerância, 45 - Centro - Pedra Azul do Norte/GO

Certificado de Calibração
Nº 47265/25

Objeto
Termômetro digital

Fabricante
Nordavel

Capacidade
-20 - 150 °C

Cliente
Usinagem Exemplo S.A.

Temperatura
20,4 °C

Umidade
41 %

Código do cliente
TD-4342

Nº de série
E233189

Resolução
0,1 °C

Calibrado em
18 de novembro de 2025

Emitido em
27 de novembro de 2025

VR (°C)	VI (°C)	Tendência (°C)	U (°C)
-20,0	-19,4	+0,6	0,20
0,0	0,2	+0,2	0,19
50,0	49,9	-0,1	0,19
100,0	100,0	0,0	0,15
150,0	150,0	0,0	0,14

VR = valor de referência; VI = valor indicado. U expandida para k = 2,00.

Gisele Esteves
Executado por

DOCUMENTO FICTÍCIO - gerado para estudo de machine learning, sem validade.