

Assessment | 評估類別

成人體適能

反應力

心肺適能

手握力

肌耐力

柔軟度

閉眼單腳平衡

成人體適能 Adult
6 items

銀髮體適能

2.44公尺折返走

上肢肌力

上肢柔軟度

下肢肌力

下肢柔軟度

心肺適能

銀髮體適能 Senior
7 items

跌倒風險評估

3公尺折返走

小腿圍

五次坐站

手握力

功能性伸展

衰弱前期問卷

跌倒風險 Fall Risk
7 items

SPPB 評估

4公尺行走

五次坐站

平衡測試

SPPB 評估
3 items

Core Features | 核心功能

AI 姿態辨識

即時骨架追蹤
自動計次與姿態評估

BLE 智慧設備

握力計、心率帶
距離感測、量測尺

3D 深度感測

深度相機
精準空間量測

專業報告

A4 PDF 雷達圖
排名 + 運動建議

語音引導

TTS 語音指令
長者友善操作

雲端整合

CIAM 身份驗證
跨裝置安全存取

BLE 智慧週邊
Smart Peripherals

握力計
Grip Meter

心率帶
HR Monitor

距離感測器
Distance Sensor

智慧量測尺
Health Tape

Test Items | 評估項目明細

● 成人體適能 Adult (6)

心肺適能

3 分鐘登階測試，記錄運動後心率恢復

反應力

視覺刺激反應計時，評估神經肌肉速度

手握力

BLE 握力計量測，左右手各 2 次取最佳

肌耐力

1 分鐘仰臥起坐，AI 自動計次

柔軟度

坐姿體前彎，距離感測器精準量測

閉眼單腳平衡

AI 姿態偵測計時，自動判定結束

● 銀髮體適能 Senior (7)

下肢肌耐力

30 秒坐站，AI 自動計次

上肢肌耐力

30 秒手臂彎舉，AI 自動計次

心肺適能

2 分鐘原地踏步，AI 偵測抬腿

下肢柔軟度

椅上坐姿前彎，感測器量測距離

上肢柔軟度

抓背測試，智慧量測尺量測距離

2.44m 折返走

AI 計時行走，評估動態平衡步態

手握力

BLE 握力計量測，評估上肢力量

● 跌倒風險 Fall Risk (7)

3m 折返走

AI 計時步態分析，含轉身穩定度

手握力

BLE 握力計量測，評估肌少風險

開眼平衡

AI 姿態偵測，站立穩定度計時

功能前伸

距離感測器量測前伸幅度

5 次坐站

AI 計次計時，評估下肢爆發力

小腿圍

BLE 量測尺，肌肉量篩檢指標

衰弱前期評估

5 題結構化問卷，綜合衰弱風險

● SPPB 評估 (3)

平衡測試

AI 偵測閉足/半腳/全腳跟三階段

4m 行走

AI 步速分析，自動計算行走速度

5 次坐站

AI 計次計時，評估起立能力

禾青醫電

導入國民健康署體適能常模資料庫，採用回歸演算法依年齡、性別推算個人百分位排名 (PR) 與體適能等級
Based on National Health Administration norms with regression algorithms for personalized PR scoring

Report | 評估報告

禾青醫電
體適能評估報告 Fitness Assessment Report
評估日期 Date: 2025/04/08 機構 Site: BodyGo 總機04-2358-1234

Tff
Fitness Profile
性別 Gender 女 Female
年齡 Age 71 歲
身高 Height 155 cm
體重 Weight 68 kg
BMI 28.3

體適能概覽 Fitness Overview
心肺適能 PR 88.7
反應力 PR 90.0
手握力 PR 90.0
肌耐力 PR 88.1
柔軟度 PR 88.0
閉眼單腳平衡 PR 71.0
3.44 公尺行走 PR 81.7

手握力
成人體適能
3 次測試成績 3 Trials
第 1 次 50.0
第 2 次 55.0
第 3 次 52.0
55.0 kg
● 最好：位於第 96.7%
● 最差：位於第 0.0%
正常範圍 35.4~62.0 kg

反應力
成人體適能
3 次測試成績 3 Trials
第 1 次 0.85
第 2 次 1.77
第 3 次 0.60
0.85 sec
● 最好：位於第 96.7%
● 最差：位於第 0.0%
正常範圍 0.22~0.36 sec

閉眼單腳平衡
成人體適能
3 次測試成績 3 Trials
第 1 次 5.2
第 2 次 5.7
第 3 次 10.7
10.7 sec
● 最好：位於第 95.0%
● 最差：位於第 0.0%
正常範圍 7.0~15.4 sec

柔軟度
成人體適能
3 次測試成績 3 Trials
第 1 次 44.0
第 2 次 33.0
第 3 次 33.0
44.0 cm
● 最好：位於第 96.7%
● 最差：位於第 0.0%
正常範圍 23.6~55.6 cm

心肺適能
成人體適能
3 次測試成績 3 Trials
第 1 次 68.3
第 2 次 342.5
第 3 次 90
68.3 sec
● 最好：位於第 98.0%
● 最差：位於第 0.0%
正常範圍 52.3~108.8 sec

下肢肌耐力
成人體適能
1 次測試成績 1 Trial
第 1 次 15.0
15.0 sec
● 最好：位於第 41.7%
● 最差：位於第 0.0%
正常範圍 14.8~22.8 sec

2.44公尺行走
銀髮體適能
第 1 次 25.0
第 2 次 25.0
第 3 次 25.0
25.0 sec
● 最好：位於第 0.0%
● 最差：位於第 0.0%
正常範圍 4.2~5.4 sec

3公尺折返走
銀髮體適能
第 1 次 8.2
第 2 次 8.2
第 3 次 8.2
8.2 sec
● 最好：位於第 91.0%
● 最差：位於第 0.0%
正常範圍 12.0~4.3 sec

閉眼平衡
銀髮體適能
3 次測試成績 3 Trials
第 1 次 4.0
第 2 次 7.2
第 3 次 3.5
4.0 sec
● 最好：位於第 0.0%
● 最差：位於第 0.0%
正常範圍 10.0~12.0 sec

功能前伸
銀髮體適能
3 次測試成績 3 Trials
第 1 次 37.3
第 2 次 13.0
第 3 次 56.0
37.3 cm
● 最好：位於第 90.0%
● 最差：位於第 0.0%
正常範圍 0.0~60.0 cm

衰弱前期評估
銀髮體適能
1 次測試成績 1 Trial
第 1 次 1.0
1.0 pt
1.0 pt
● 最好：位於第 50.0%
● 最差：位於第 0.0%
正常範圍 1.4~0.2 pt

五次坐站
銀髮體適能
1 次測試成績 1 Trial
第 1 次 9.7
9.7 sec
● 最好：位於第 96.7%
● 最差：位於第 0.0%
正常範圍 0.0~9.0 sec

P.1 總覽 Overview

P.2 詳細 Details

多維雷達圖
Radar Chart

百分位排名
Percentile PR

個人化運動建議
Exercise Advice

A4 PDF 匯出
PDF Export

Workflow | 評估流程

1 建立個案
Profile

2 選擇評估
Select

3 AI 測試
Assess

4 產出報告
Report