BIOMETROLOGY

Exactitud y precisión en cada medida

Formulario de Actividades de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo.

Código del Formulario DRH6V

Tipo de Mantenimiento

PREVENTIVO

Información del Prestador

NOMBRE DEL PRESTADOR

AMBULANCIAS PROYECTAR SAS

DIRECCION

CL. 16A #19E -40

Fecha del Servicio

17/12/24

Información del Equipo Biomédico

NOMBRE DEL EQUIPO

TENSIOMETRO PEDIATRICO

MARCA

ALPK2

MODELO

500-V

SERIE

NO FIGURA

INVENTARIO

NO FIGURA

UBICACION

MOVIL 5

Observaciones

No hay observaciones

BIOMETROLOGY

TENSIÓMETRO PEDIÁTRICO

Formulario de Actividades de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo

Código del Formulario DRH6V

AGREGAR EQUIPO

Descripción de Actividades.

Descripcion.

"Limpieza externa del equipo y del brazalete. Inspección del sistema de inflado, válvula y manómetro. Calibración y verificación del funcionamiento con medidor de referencia. Prueba de medición de presión en rangos estándar."

FIRMA DEL SOPORTE TECNICO

Fidel Quintero Miranda
ING BIOMEDICO
ECCI
T.P 25244186599 CND