BIOMETROLOGY

Exactitud y precisión en cada medida

Formulario de Actividades de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo.

Código del Formulario FUDFI

Tipo de Mantenimiento

PREVENTIVO

Información del Prestador

NOMBRE DEL PRESTADOR

AMBULANCIAS PROYECTAR SAS

DIRECCION

CL. 16A #19E -40

Fecha del Servicio

16/12/24

Información del Equipo Biomédico

NOMBRE DEL EQUIPO

BOMBA DE INFUSION

MARCA

MINDRAY

MODELO

BENEFUSION VP3

SERIE

SK00420687

INVENTARIO

NO FIGURA

UBICACION

AMBULANCIAS PROYECTAR

Observaciones

No hay observaciones

BIOMETROLOGY

Formulario de Actividades de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo

Código del Formulario FUDFI

Descripción de Actividades.

Descripcion.

Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Limpieza interna, Limpieza externa del equipo, Inspección del cable de poder, el sensor de flujo y demás accesorios. Verificación del funcionamiento del motor de la bomba. Lubricación de partes móviles, Revisión y prueba de sistema electrónico, Revisión y prueba de sistema eléctrico, Prueba de funcionamiento de las baterías, Revisión y prueba de display, Revisión y prueba del sistema de las alarmas, Verificación de parámetros de funcionamiento, Prueba de funcionamiento con Equipo de Goteo, Prueba de volumen.

FIRMA DEL SOPORTE TECNICO

Fidel Quintero Miranda
ING BIOMEDICO
ECCI
T.P 25244186599 CND