BIOMETROLOGY

Exactitud y precisión en cada medida

Formulario de Actividades de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo.

Código del Formulario MT-HB-786

Tipo de Mantenimiento

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Información del Prestador

NOMBRE DEL PRESTADOR

AMBULANCIAS PROYECTAR

DIRECCION

CL. 16A #19E -40

Fecha del Servicio

5/5/25

Información del Equipo Biomédico

NOMBRE DEL EQUIPO

TENSIOMETRO PEDIATRICO

MARCA

ALPK2

MODELO

500-C

SERIE

NO PRESENTA

INVENTARIO

NO FIGURA

UBICACION

MOVIL 5

OBSERVACIONES

No hay Observaciones

BIOMETROLOGY

Formulario de Actividades de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo

Código del Formulario MT-HB-786

Descripción de Actividades.

Descripcion.

se realizó prueba de inflado y deflación del brazalete, validando su sellado y funcionamiento correcto del sistema de medición. Se compararon las lecturas obtenidas con un equipo patrón para verificar su precisión.

FIRMA DEL SOPORTE TECNICO

Fidel Quintero Miranda
ING BIOMEDICO
ECCI
T.P 25244186599 CND