HOJA DE VIDA DE EQUIPO BIOMEDICO

Informacion del Prestador

Nombre del Prestador	PROYECTAR AMBULANCIAS
Direccion	Calle 16 a # 19 E 40 Barrio Dangond
Correo Electronico	proyectar123@hotmail.com
Telefono	(605) 65801798 - 5885457
Nit/CC	900412760
Codigo Prestador	

Foto del Equipo

Informacion del Equipo

Nombre del equipo	TENSIOMETRO PEDIATRICO
Marca	ALPK2
Modelo	500-V
Serie	NO ASIGNADO
Ubicación	Ambulancias Proyectar - Móvil 5
Codigo de Inventario	NO ASIGNADO
Referencia	NO ASIGNADO
Registro Invima	2018DM-0018548

El equipo esta en garantia. ☐ Si ☑ No

Registro de Importación

Periodicidad de Calibracion Anual

Clasificacion de los Equipos ☑ I ☐ IIA ☐ IIB ☐ III

Clasificacion de Seguridad Electrica

☐ Tipo B ☐ Tipo BF ☐ Tipo CF ☐ Tipo F ☐ Tipo H

Informacion Tecnica

Vacio		**Voltaje**	
Temperatura		**Potencia**	
Frecuencia		**Corriente**	
Capacidad	300 mmHg	**Otro**	

Informacion del Provedor

Proovedor del Equipo / Representante del Equipo	IMCOLMEDICA S.A
Direccion	Calle 36 # 15 - 42 Bogotá D.C
Correo Electronico	info@imcolmedica.com.co
Telefono	(601) - 3151891 7161978

Accesorios

NOMBRE	MARCA	NUMERO DE PARTE	SERIE

CALIBRACION		CONTROL DE CALIDAD	
Periodicidad	Anual	**Periodicidad**	No Aplica

MANTENIMIENTO	Semestral

REQUISITOS DEL FABRICANTE

Limpieza del Brazalete: El brazalete debe limpiarse regularmente para evitar la acumulación de suciedad y garantizar la higiene. Las fundas de algodón pueden lavarse a mano o a máquina después de retirar la bolsa de aire interna. Se deben utilizar detergentes comunes y secar al aire completamente antes de su reutilización.Almacenamiento: Evitar colocar objetos pesados sobre el dispositivo y no enrollar el tubo de aire de manera demasiado apretada. Si el dispositivo ha sido almacenado a temperaturas bajo cero, debe mantenerse en un lugar cálido durante al menos una hora antes de su uso.Precauciones de Uso: No inflar el brazalete cuando no esté colocado alrededor del brazo del paciente. No desmontar ni modificar el dispositivo.

MANUALES E INFORMACION TECNICA

Manual de Usuario	Si	**Manual de Servicio**	No
Manual de Partes	No	**Otro**	

CLASIFICACION BIOMEDICA Y POR RIESGO

Diagnostico	✓	**Análisis de Laboratorio**	☐	**Rehabilitacion**	✓
Tratamiento y Mantenimiento de la Vida	✓	**Clasificación de Riego INVIMA**	I		

DESCRIPCION Y/O FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

Descripción del Equipo
El tensiómetro aneroide pediátrico ALPK2 es un dispositivo médico no invasivo, diseñado para medir la presión arterial en pacientes pediátricos. Está compuesto por:Manómetro aneroide: mide la presión en mmHg sin necesidad de electricidad.Brazalete pediátrico: con velcro y bolsa interna de látex, adecuado para brazos pequeños.Pera de inflado: utilizada manualmente para llenar el brazalete de aire.Válvula de liberación de aire: regula el desinflado del brazalete.Fabricado con materiales resistentes y livianos, permite un uso clínico frecuente. El tamaño del brazalete está adaptado a la anatomía pediátrica para asegurar lecturas precisas y cómodas.

Funcionamiento del Equipo
Colocación: Se ajusta el brazalete alrededor del brazo del niño, a nivel del corazón, dejando espacio para ubicar el estetoscopio en la arteria braquial.Inflado: Se presiona la pera manualmente hasta alcanzar una presión superior a la sistólica estimada.Medición: Se escucha con un estetoscopio mientras se libera lentamente el aire mediante la válvula.El primer sonido percibido (fase I de Korotkoff) indica la presión sistólica.El momento en que desaparece el sonido (fase V) señala la presión diastólica.Lectura: Se observa la presión en el manómetro en el momento en que aparecen y desaparecen los sonidos.Desinflado: Una vez tomada la medida, se libera completamente el aire del brazalete.