



Wieloplatformowa przeglądarka obrazów DICOM w C++

Adam Jędrzejowski

Wydział Elektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Warszawskiej
Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
Zakład Elektroniki Jądrowej i Medycznej

25 czerwca 2019


Digital Imaging and Communications in Medicine

Standard DICOM jest odpowiedzią społeczności radiologów, radiofarmaceutów, fizyków medycznych na potrzebę wymiany danych pomiędzy różnymi systemami komputerowymi, przeglądarkami obrazów, stacji do przetwarzania i analizowania obrazów medycznych.

Standard DICOM v3 definiuje ujednolicony sposób zapisu i przekazywania danych medycznych reprezentujących lub związanych z obrazami diagnostycznymi w medycynie.

Obrazowe techniki medyczne:


- Radiografia – współczynnik natężenia promieniowania X przez obiekt
- Tomografia komputerowa – współczynnik natężenia promieniowania X przez obiekt
- Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego – sumaryczna gęstość atomów wodoru
- Ultrasonografia – różnica gęstości poszczególnych warstw znajdujących się w obiekcie
- Scyntygrafia – rozkład radiofarmaceutyka w obiekcie
- Tomografia SPECT
- Tomografia PET



Plik w formacie DICOM można traktować jako zbiór elementów danych. Zbiór nazywa się “Data Set” i składa się z rekordów, które nazywają się “Data Element”. Elementy danych są ułożone w postaci listy. Element danych może zawierać w sobie listę elementów danych.

W obecnej chwili standard DICOM definiuje 81 różnych typów badań.

Coś o tej tabeli



Nazwa	Identyfikator	Typ danych	Opis
SpecificCharacterSet	(0008,0005)	CS	Używana specyfikacja
InstitutionName	(0008,0080)	LO	Miejsce wykonywania badania
Manufacturer	(0008,0070)	LO	Producent aplikacji
StationName	(0008,1010)	SH	Nazwa urządzenia
PatientID	(0010,0020)	LO	Identyfikator pacjenta
PatientsName	(0010,0010)	PN	Nazwisko pacjenta
PatientsBirthDate	(0010,0030)	DA	Data urodzin pacjenta
PatientsSex	(0010,0040)	CS	Płeć pacjenta
PatientsAge	(0010,1010)	AS	Wiek pacjenta
BodyPartExamined	(0018,0015)	CS	Badana część ciała
StudyDate	(0008,0020)	DA	Data badania
PhotometricInterpretation	(0028,0004)	CS	Format zapisu obrazu
Rows	(0028,0010)	US	Wysokość zdjęcia
Columns	(0028,0011)	US	Szerokość zdjęcia

Cel pracy

Opracowanie przeglądarki obrazów DICOM, działającej w wielu systemach operacyjnych

Założenia:

- Wieloplatformowość:
 - ▶ eliminacja start wydajności spowodowanych wykonaniem kodu wirtualnego (wirtualizacja kodu binarnego z pomocą maszyny wirtualnej JVM; języki skryptowe, których interpretacja kodu jest równoległa z wykonywaniem)
 - ▶ kod źródłowy z możliwością kompilacji na wskazane platformy: Linux, MacOS, Windows.
- Obsługa obrazów statycznych i dynamicznych, serii przekrojów tomograficznych
- Realizacja podstawowych funkcji typowej przeglądarki obrazów medycznych: zmiana kontrastu z pomocą “okienkowanie”, skalowanie, rotacja.

Qt jest zbiorem bibliotek i narzędzi programistycznych dedykowanych dla języków C++, QML i Java. Qt posiada bibliotekę do tworzenia interfejsu graficznego, oraz wiele innych rozwiązań ułatwiających programowanie obiektowe i zdarzeniowe.

Normy: IEC 62304:2015, IEC

61508:2010-3 7.4.4, ISO 9001:2015.

Posiada systemy rodzicielstwa i sygnałów.




GDCM to biblioteka do obsługi standardu DICOM. Posiada możliwość wczytywania plików z dysku jak i z lokalizacji sieciowych oraz wczytywania plików DICOMDIR. Ma wbudowaną dekompresję obrazów i obsługi różnych kodowań tekstu.



CMake to wieloplatformowe narzędzie do automatycznego zarządzania procesem kompilacji programu. Jest to niezależne od kompilatora narzędzie pozwalające napisać jeden plik, z którego można wygenerować odpowiednie pliki budowania dla dowolnej platformy.



przeglądarka struktury katalogów i plików



Projekt interfejsu graficznego – scena



Wydział Elektroniki
i Technik Informatycznych

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Dane pacjenta:

- imię i nazwisko
- identyfikator
- data urodzenia i wiek
- opis badania
- opis serii

Litera orientacji

Dane akwizycji badania
różnią się w zależności
od modalności



Litera orientacji

Podziałka i litera orientacji


Dane szpitala:

- nazwa instytucji
- producent i model urządzenia
- lekarz
- operator


Litera orientacji i
podziałka

Parametry z jakimi jest
wyświetlany obraz


Globalna struktura



Zbiory ramek obrazowych



Obiekt zakładki



Odczyt danych nieobrazowych

```
gdcm::Reader reader;
reader.SetFileName("/path/to/file");
if (!reader.Read()) return 1;

/* Pobranie obiektu pliku */
const gdcm::File &file = reader.GetFile();

/* Pobranie obiektu zbioru danych */
const gdcm::DataSet &dataset = file.GetDataSet();

/* Inicjalizacja klasy konwersji danych na string */
gdcm::StringFilter stringFilter;
stringFilter.SetFile(file);

/* Definicja znaczników wybranych elementów */
const static gdcm::Tag
    TagPatientName(0x0010, 0x0010),
    TagWindowCenter(0x0028, 0x1050);

/* Odczyt danej tekstowej */
if (dataset->FindDataElement(TagPatientName))
    string name = stringFilter.GetString(TagPatientName);

/* Odczyt danej binarnej */
if (dataset->FindDataElement(TagWindowCenter)) {
    auto& ele = dataset->GetDataElement(TagWindowCenter);
    quint16 center = ele.GetByteValue()->GetPointer(); }
```

Odczyt obrazów

```
gdcm::ImageReader ir;
ir.SetFileName("/path/to/file");
if (!ir.Read()) return 1;

/* Pobranie obiektu obrazu */
const gdcm::Image &gimage = ir.GetImage();

/* Utworzenie buffora i jego wypełnienie */
std::vector<char> imgbuffer;
imgbuffer.resize(gimage.GetBufferLength());
gimage.GetBuffer(&imgbuffer[0]);


/* Odczyt parametrów obrazu */
const quint* dimension = gimage.GetDimensions();
quint dimX = dimension[0];
quint dimY = dimension[1];

if (gimage.GetPhotometricInterpretation() ==
    gdcm::PhotometricInterpretation::RGB)
    cout << "Jest to obraz RGB";

if (gimage.GetPhotometricInterpretation() ==
    gdcm::PhotometricInterpretation::MONOCHROME2)
    cout << "Jest to obraz monochromatyczny 2";

if (gimage.GetPixelFormat() == gdcm::PixelFormat::UINT8)
    cout << "Pixel jest 8-bitową liczbą całkowitą";
```

Poprawa kontrastu za pomocą "okienkowania"



Standard DICOM przewiduje, że wszystkie dane powinny być wyskalowane za pomocą wzoru:

$$OutputUnits = m * SV + b$$

- m — wartość z RescaleSlope (0x0028, 0x1053),
- b — wartość z RescaleIntercept (0x0028, 0x1052),
- SV — stored values — wartość woksela z pliku,
- $OutputUnits$ — wartość wynikowa.

Implementacja

$$P_0 : \quad x_0 = center - width/2 \quad y_0 = 1.0$$

$$P_1 : \quad x_1 = center + width/2 \quad y_1 = 0.0$$

$$(OutputUnits - b)/m = SV$$


$$x_0 - = rescaleIntercept \quad x_0 / = rescaleSlope$$

$$x_1 - = rescaleIntercept \quad x_1 / = rescaleSlope$$

$$a = (y_1 - y_0)/(x_1 - x_0) \quad b = y_1 - a * x_1$$


Tablica LUT

8b	12b	16b	32b	64b
768B	196kB	196kB	12, 5GB	$55 * 10^6 TB$





Zapis informacji o orientacji w DICOM

$$\begin{bmatrix} P_x \\ P_y \\ P_z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_x \Delta_i & Y_x \Delta_j & 0 & S_x \\ X_y \Delta_i & Y_y \Delta_j & 0 & S_y \\ X_z \Delta_i & Y_z \Delta_j & 0 & S_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i \\ j \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$



$$\text{rotateTransform} * \begin{bmatrix} X_x & Y_x & 0 & 0 \\ X_y & Y_y & 0 & 0 \\ X_z & Y_z & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} * \text{PatientPosition}$$

- P – koordynaty wksela we współrzędnych obrazu,
- S – trzy wartości z elementu ze znacznikiem Image Position,
- X, Y – położenie pierwszego wiersza i kolumny względem układu współrzędnych związanych z pacjentem
- i i j — oznaczają współrzędne na macierzy obrazu,
- Δ_i i Δ_j — rzeczywista wielkość piksela obrazu w mm .



Implementacja

$$\text{PatientPosition} = \text{imgMatrix} * \text{ScenePosition}$$

$$\text{imgMatrix}^{-1} * \text{PatientPosition} = \text{imgMatrix}^{-1} * \text{imgMatrix} * \text{ScenePosition}$$

$$\text{imgMatrix}^{-1} * \text{PatientPosition} = \text{ScenePosition}$$

$$\text{ScenePosition} = \text{imgMatrix}^{-1} * \text{PatientPosition}$$

- Wczytywanie wielu plików i tworzenie interaktywnej animacji.
- Podstawowe operacje na obrazie: przesuwanie, skalowanie, rotacja.
- Dynamiczna zmiana parametrów wyświetlania obrazu: okienkowanie i pseudokolorowanie.
- Przeglądanie obrazów w systemie.
- Zaplanowano i dodano obsługę podstawowych operacji na obrazie ułatwiających jego oglądanie i ocenienie, takich jak: przenoszenie; skalowanie; obrót.
- Zaimplementowano pseudokolorowanie obrazów monochromatycznych z możliwością dodawania nowych palet.
- Wprowadzono obsługę serii obrazów jako całości, włączając w to przegląd obrazów w serii, animacje, wspólne okna w skali barwnej oraz wspólne przekształcenia macierzowe.

- Zapewniono jednolity sposób kompilacji na platformach przy użyciu narzędzia CMake.
- Napotkano problem z biblioteką GDCM – biblioteka wymaga kompilacji przez użytkownika.
- Skompilowano i przetestowano na platformach: Linux, MacOS i Windows.
- Wykonano testy na obrazach różnych modalności:
 - ▶ CT z zakładowego tomografu
 - ▶ MR z zakładowego tomografu
 - ▶ USG zapisanego w formacie RGB
 - ▶ Medycyna nuklearna – obsługa obrazów multiframe
- Wykonano testy algorytmu wyznaczania orientacji pacjenta na obrazie – porównanie z innymi przeglądarkami

- Opracowano aplikację do obsługi obrazów DICOM w C++ z możliwością kompilacji na wiele platform.
- Zastosowano biblioteki dostępne na różnych platformach: Qt i GDCM, które również zostały napisane w C++, dzięki czemu uzyskano jednolity program napisany w jednym języku.
- Jednolity wygląd aplikacji zapewniła biblioteka Qt, co sprawia, że interfejs aplikacji jest prawie taki sam na każdym systemie.
- Przeprowadzone testy pokazały poprawność implementacji algorytmów.