MÓDULO 05 · TABELA MESTRA DE PARÂMETROS

Guia Rápido de Dosimetria e Ajuste de Correntes na Fisioterapia

ElectroMapas Fisioterapia

Corrente	Frequência (Hz)	Largura Pulso (µs)	Ciclo / Rampa	Intensidade / Sensação	Duração
TENS Convencional	80–120 Hz	100–200 µs	Contínuo	Formigueiro forte sem contração	20–30 minutos
TENS Baixa Freq. / Acupuntura	2–4 Hz ou Burst	150–250 µs	Contínuo / Burst	Contração rítmica visível e tolerável	20–30 minutos
NMES / FES (Fortalecimento)	35–50 Hz	200–400 µs	ON 5–10s / OFF 15–50s (1:3–1:5)	Contração forte no ventre muscular	10–20 contrações
FES (Marcha / Pé Pendente)	30–40 Hz	200–300 µs	Sincronizado na fase oscilação	Dorsiflexão e eversão funcional	Treino de marcha ativo
Corrente Russa (2500 Hz)	Portadora 2,5 kHz (50 bps)	Ciclo útil 50%	ON 10s / OFF 50s (Rampa 2s)	Máxima contração tolerada	10 contrações (~10 min)
Corrente Aussie (1000 Hz / 4000 Hz)	1 kHz motor / 4 kHz sens.	Bursts 50 bps (burst 2ms)	ON 10s / OFF 20–50s	Contração profunda com menos desconforto	10–15 contrações

REGRA DE SEGURANÇA FUNDAMENTAL (REALITY GATE):

Nunca aplique elétrodos sobre o seio carotídeo (pescoço anterior), área cardíaca precordial, ou em pacientes portadores de pacemaker cardíaco.
Em gestantes, contraindicação estrita em abdómen e região lombar baixa. Sempre teste a sensibilidade térmica e dolorosa antes da primeira sessão.