Protocolo de Triagem em 15 Segundos

Bandeiras vermelhas antes de ligar qualquer corrente

CONTRAINDICAÇÕES ABSOLUTAS (NÃO APLICAR)

- Cervical anterior / seio carotídeo — risco vasovagal e laringoespasmo
- Aplicação transtorácica (frente–costas ou lado–lado) — interferência cardíaca
- Pacemaker, CDI ou neuroestimulador ativo
- TVP / tromboflebite ativa — risco de deslocamento do trombo
- Abdomen / lombar-pélvica em gravidez

PRECAUÇÕES

- Hipoestesia / neuropatia: não guiar só por sensação
- Metal superficial: monitorizar densidade de corrente
- Pele frágil / eczema / cicatriz recente: adjacente
- Epilepsia: evitar cervical/cefálico sem autorização
- Verificar pele antes e depois

BOAS PRÁTICAS

- Distância mínima ≈ diâmetro do elétrodo (2–3 cm)
- Limpar cremes/óleos antes de colar
- Gel seco nas bordas = risco de queimadura
- Substituir elétrodos gastos
- CH1 ciano · CH2 laranja (Atlas)