


Percentiele vergelijking

25-75% 5-95%

Gemiddeld (A)



KH-ratio (g/U) ¹	(A) 10,0	9,5	9,5	8,5
(B)	10,0	9,5	9,5	8,5

A	Hypoglykemiepatronen (0)	Aantal episodes (per dag): 0,1	Hyperglykemiepatronen (6) ²	Aantal episodes (per dag): 1,6
	Geen		1 13:00 - 13:59 (3 voorvallen) 2 15:00 - 15:59 (3 voorvallen) 3 00:00 - 00:59 (2 voorvallen)	

Tijd binnen bereik	SmartGuard verlaten	Statistieken
2% 10%	(A) Geen kalibratie 0 0	(A) SmartGuard (per week) 95% (6d 16h)
5% 15%	(B) SmartGuard Max toediening 0 0	(B) Manuele modus (per week) 1% (01h)
87% 79%	(A) SmartGuard Min toediening 0 0	(A) Gebruiksduur sensor (per week) 93% (6d 12h)
1% 1%	(B) BG vereist voor SmartGuard 0 0	(B) Gemiddelde SG ± STD 132 ± 42 mg/dL
40 54 70 180 250 400 mg/dL	(A) Te lage waarde sensoralgortme 0 0	(A) GMI ³ 6,5%
	(B) Update sensor bezig 0 0	(B) Variatiecoëfficiënt (%) 31,3%
	(A) Geen SG-waarden 0 0	(A) Lage/hoge SG-alarmen (per dag) 0,1 / 2,6
	(B) Sensor uitgewerkt 0 1 •	(B) BG-gemiddelde 149 ± 70 mg/dL
	(A) SmartGuard uitgezet door gebruiker + · · · · 6 9 · · · · +	(B) BG / Kalibratie (per dag) 1,5 / 1,0
	(B) Langdurige stop 0 0	(A) Totale dagdosis (per dag) 32,4 eenheden
	(A) SmartGuard opwarmen 0 0	(B) Bolusdosis (per dag) 22,4E (69%)
	(B) Ongedefinieerd 0 0	(A) Autocorrectiehoeveelheid (per dag) 4,2E (19%)
		(B) Autobasaal / Basale dosis (per dag) 10,0E (31%)
		(A) Infusieset/reservoir vervangen 3,0 / 3,0 dgn
		(B) KH-invoer/maaltijden (per dag) 154 ± 71 g / 5,8
		(A) Actieve-insulinetijd 2:00 uur
		(B) Geprogrammeerd 24-uurs basaal handmatig ⁴ 18,100E
		(A) SmartGuard-streefwaarde 100 mg/dL
		(B) SmartGuard-streefwaarde 100 mg/dL

¹ Meest recente pominstellingen worden weergegeven² Alleen hoogte prioriteit wordt weergegeven.³ Indicator voor glucoseregulering⁴ Geprogrammeerd 24-uurs totaal in Manuele modus voor actief basaal patroon