HOREBE DIAGNÓSTICA
PRODUTOS LABORATORIAIS

RELATÓRIO TÉCNICO

100774

DATA 05/08/2026

DADOS DO CLIENTE

hemocentro

CLIENTE	Secretaria da Saude do Estado do Tocantins/Ses
RAZÃO SOCIAL	Secretaria da Saude
CNPJ	25.053.117/0001-64
RESPONSÁVEL TÉCNICO	José Divino
ENDEREÇO	AVN501, A AND. Praça do Girassois
TELEFONE	
E-MAIL	Gabinete Psaude To.Gov.Br
CIDADE	Gurupi - TO
ESTADO	Tocantins

DADOS DO EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO	Analisador de Automacao ACL TOP 350
MODELO/MARCA	ACL TOP 350 Werfen
Nº DE SÉRIE	25105793 ACL Top 350 / Nobreak SN: 2546344*1-0030

Impressora Brother HL-L 1222/HL-L1232W SN: U6774011H4L129921

DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS

Instalacao do equipamento ACL Top 350, verificado aterramento no-energia eletrico-, energia no-saido-do nobreck nº serie 2546344*1-0030
. Realizado manutencoes preventivas do operador (diaria, semanal)
. Troca de insumos e descartes de xesiduos biologico
. Preparo do Calibrador, Controle, Reagentes. ok
. Calibracao dos Testes. ok
. Controle de qualidade normal e patologico ok
. Testagem de amostras, testo.gem de reprodutibilidade.
. Disponibilidade do driver de interface.
. Treinamento Cientifico e operador do equipamento.

PEÇAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

ORÇAMENTO	
VALOR DA HORA TÉCNICA	R$
VALOR TOTAL EM HORAS TÉCNICAS	R$
DESLOCAMENTO	R$
VALOR TOTAL	R$

DADOS DO SERVIÇO	
ASSISTENTE TÉCNICO	
DATA DE CHEGADA	05/08/2026
DATA DE SAÍDA	07/08/2026
CARGA HORÁRIA	
RETORNO	
TRABALHO CONCLUÍDO	07/08/2026

Luis Fernando Marques
ASSESSOR TÉCNICO

CLIENTE
Clauciomar Montalvão.

HOREBE DIAGNÓSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA CNPJ: 40.393.432/0001-24
ENDEREÇO: 103 SUL RUA SO-11 CONJUNTO 04 LOTE 13 Nº 30 SALA 04 – PALMAS/TO
CEP: 77.015-034
TEL/FAX: (63) 98449-8535 (63) 3217-6170 EMAIL: assistenciatecnica@horebediagnostica.com.br