# Detecção de doenças cardiovasculares através de sinais de ECG utilizando ferramentas de inteligência artificial

Aluno: João Pedro de Oliveira Pagnan Professor: Prof. Dr. José Wilson Magalhães Bassani [CEB/UNICAMP]

Universidade Estadual de Campinas - Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação EA997 - Introdução à Engenharia Biomédica

21 de junho de 2022

### Introdução

O diagnóstico de arritmias cardíacas através de sinais de eletrocardiograma (ECG) é de extrema importância para monitorar a saúde do coração através de um método não invasivo [1]. Devido a isso, uma boa etapa de interpretação de sinais computadorizados de ECG é fundamental para que o diagnóstico seja feito de forma precisa e, caso exista, a arritmia cardíaca seja detectada corretamente.

Embora que esta análise seja tradicionalmente feita por cardiologistas, trabalhos recentes indicam que ferramentas computacionais de aprendizado de máquina <sup>1</sup> podem obter métricas de **f-medida** e **acurácia** melhores que as alcançadas por grande parte dos cardiologistas <sup>[2,3]</sup>. Desta forma, estas ferramentas podem detectar diversos tipos de arritmias cardíacas a partir de uma única derivação com desempenho comparável ao de cardiologistas e, em contextos clínicos, podem reduzir a chance de diagnósticos incorretos e melhorar a interpretação do sinal de ECG de um especialista humano que já terá uma indicação da provável arritmia que o paciente possui <sup>[3]</sup>.

<sup>1</sup>Do inglês: Machine Learning.

## Objetivos

Este projeto visa implementar e comparar quatro tipos de classificadores para identificar arritmias cardíacas através de sinais de ECG: um modelo baseado em máquinas de vetoressuporte  $^2$ , outro baseado nos k vizinhos mais próximos  $^3$ , um terceiro baseado em florestas aleatórias  $^4$  e, por fim, um baseado no tipo de rede neural LSTM  $^5$  [4].

Neste caso, planeja-se também analisar qual a melhor representação para os sinais de ECG, isto é, se representaremos os sinais no domínio do tempo ou da frequência, bem como se o uso de filtros para remoção de ruído pode aprimorar o desempenho dos classificadores.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Do inglês: Support Vector-Machine.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Do inglês: *K-Nearest Neighbors*.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Do inglês: Random Forest.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Do inglês: Long-Short Term Memory.

### Metodologia

Será utilizada a linguagem Python 3, mais precisamente, as bibliotecas Scikit-Learn e TensorFlow e a base de dados MIT-BIH<sup>[1]</sup>, que contém dados de

#### Referências

- [1] G. B. Moody and R. G. Mark, "The impact of the mit-bih arrhythmia database," *IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine*, vol. 20, no. 3, pp. 45–50, 2001.
- [2] A. Y. Hannun, P. Rajpurkar, M. Haghpanahi, G. H. Tison, C. Bourn, M. P. Turakhia, and A. Y. Ng, "Cardiologist-level arrhythmia detection and classification in ambulatory electrocardiograms using a deep neural network," *Nature medicine*, vol. 25, no. 1, pp. 65–69, 2019.
- [3] P. Rajpurkar, A. Y. Hannun, M. Haghpanahi, C. Bourn, and A. Y. Ng, "Cardiologist-level arrhythmia detection with convolutional neural networks," arXiv preprint arXiv:1707.01836, 2017.
- [4] A. Géron, Hands-on machine learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, tools, and techniques to build intelligent systems. O'Reilly Media. 2019.

Muito Obrigado!