INSPEÇÃO CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO - CME

PORTARIA - 295/2023/SES/GASEC, DE 14 DE MARÇO DE 2023.

NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE E A SEGURANÇA DO TRABALHADOR

Centro de Material e Esterilização: Unidade funcional destinada à limpeza e desinfecção de materiais dos serviços de saúde.	Resolução – RDC Nº 15, de 15 de março de 2012; Resolução – RDC Nº 50, de 21 de fevereiro de 2002; Resolução – RDC Nº 63, de 25 de novembro de 2011; Resolução – RDC Nº 306, de 07 de dezembro de 2004; Portaria Nº 485, de 11 de novembro de 2005;

Responsável:	**Data da Inspeção:**
Quantitativo de trabalhadores:	**Grau de risco:**

Responsabilidade:

( ) Própria do Estado Responsavél:_____

( )Terceirizada Fiscal de Contrato:_____

Riscos Ambientais:

( ) Físico
( ) Químico
( ) Biológico
( ) Acidentes

( )Local exclusivo e acesso restrito
( )Climatização atende a legislação
( )Arranjo Físico adequado
( )Nível de Ruído dentro dos limites de tolerância
( )Área de recepção e limpeza
( )Área de desinfecção química
( )Área de preparo e esterilização
( )Área de armazenamento e distribuição de materiais esterilizados

Considerações sobre as não conformidades detectadas/observações:

INSPEÇÃO MENSAL CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO - CME

Legenda: C – Conforme NC – Não Conforme NA – Não Se Aplica

ASSUNTOS	C	NC	NA
Existem as áreas mínimas exigidas sendo elas unidirecional da área suja para área Limpa			
Realizam todas as fases de processamento, incluindo limpeza, inspeção, preparo acondicionamento, esterilização, armazenamento e devolução ao serviço de saúde.			
Há profissional responsável e legalmente habilitado, para coordenar todas as atividades.			
Há programa de capacitação específica e periódica dos profissionais da unidade, com registro de participação. Exemplo: Segurança no trabalho, EPI,EPC,etc.			
Existem secadoras de produtos para a saúde, pistolas de ar comprimido medicinal, gás inerte ou ar filtrado, seco e isento de óleo, seladoras de embalagens e equipamento para transporte com rodízio.			
Há sala exclusiva para realização de desinfecção ou esterilização química líquida, automatizada ou não.			
As embalagens utilizadas para a esterilização dos produtos para saúde estão regularizadas junto à ANVISA e garantem a manutenção da esterilidade do conteúdo, bem como sua transferência sob técnica asséptica.			
Os produtos para saúde processados são transportados em recipientes fechados em condições que garantam			

a manutenção da identificação e a integridade das embalagens.			
SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR	**C**	**NC**	**NA**
A Vacinação ocupacional dos trabalhadores está atualizada, conforme recomendações vigentes.			
São realizados os atendimentos e exames Clínicos ocupacionais periódicos nos trabalhadores (PCMSO)			
Há procedimento Operacional Padrão - POP para todas as atividades exercidas dentro do CME.			
Os Equipamentos De Proteção Individual (EPI) utilizados em todas as áreas são compatíveis com o risco inerente à atividade desempenhada			
Existe fiscalização diária do uso de EPIs			
Utilizam vestimentas privativas (touca e calçados fechados em todas as áreas técnicas e restritas da unidade)			
As vestimentas são trocadas antes dos profissionais deixarem o ambiente de trabalho.			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	**C**	**NC**	**NA**
Realiza qualificação de instalação, operação e desempenho para os equipamentos utilizados na limpeza automatizada e na esterilização de produtos para saúde, com periodicidade mínima anual, com registro do processo.			
A manutenção dos equipamentos do CME é realizada por empresa capacitada, contendo registro das informações exigidas pela legislação vigente.			
Realiza calibração das leitoras de indicadores biológicos e das seladoras térmicas, com periodicidade mínima anual e com registro do processo.			
A área de monitoramento da esterilização de produtos para saúde dispõe de incubadoras de indicadores biológicos.			
Autoclave com manutenção periódica em dia? Está instalado em local exclusivo e de acesso restrito?			
O dimensionamento das diversas áreas do CME está adequado em função da demanda e dos métodos de processamento utilizados?			
A secagem é realizada com ar comprimido dentro dos limites de tolerância?			
RESÍDUOS SÓLIDOS	**C**	**NC**	**NA**
A unidade possui ou está inserida no Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS)			
Considerações sobre as não conformidades detectadas/observações:			
_____,_____,_____/____/_____. _____ Assinatura Responsável Técnico			