



# PLACA ARTRODESIS METATARSOFALÁNGICA TIPO I



# FICHA TÉCNICA

## PLACA ARTRODESIS METATARSOFALÁNGICA TIPO I



**Nombre producto:** PLACA DE ARTRODESIS  
METATARSOFALÁNGICA TIPO I

**Marca:** WASTON

**Material:** Titanio

**Empaque:** Una pieza por paquete.

**Esterilización:** Producto no estéril, No debe usarse sin esterilizar.

**Uso:** Indicado para artrodesis y fusión Metatarso-falángica.

**Otras Indicaciones:** Fracturas, artrodesis en Metatarso.

**Contraindicaciones:** Uso fuera de la región anatómica indicada.

**Diseño:** Diseño anatómico, exiún dorsal de 9° y torsión de 11° para evitar el efecto de resistencia mientras en caso de doblar la placa durante el procedimiento quirúrgico. La placa y los tornillos están diseñados en función a la curvatura de la anatomía del pie.

El grosor de la placa es de 1.5 mm, con orificios combinados que permite tornillos bloqueados y corticales de 2.7 mm y 3.0 mm.

### PLACA DE ARTRODESIS METATARSOFALÁNGICA TIPO I

REFERENCIA	LATERALIDAD	ORIFICIOS EN LA PARTE PROXIMAL	
		ANCHO	ANCHO
10801-005	IZQ.	1	1
10801-205	IZQ.	0	2
10801-006	IZQ.	1	2
10801-105	DER.	1	1
10801-305	DER.	0	2
10801-106	DER.	1	2



CliniServices

