



# SISTEMA DE FIJACIÓN EXTERNAL



# FICHA TÉCNICA

## SISTEMA DE FIJACIÓN EXTERNAL



**Nombre producto:** SISTEMA DE FIJACIÓN EXTERNAL

**Marca:** WASTON

**Material:** Titanio

**Empaque:** Una pieza por paquete.

**Esterilización:** Producto no estéril. No debe usarse sin esterilizar.

**Uso:** Indicado para cierre external primario o Secundario, por esternotomía en Cirugía de Tórax.

**Otras Indicaciones:** Puede usarse para cierre de fractura External

**Contraindicaciones:** Sensibilidad al titanio, infección y pacientes con alergia al titanio o al acero.

**Diseño:** El sistema consta de dos aletas unidas por un tornillo de bloqueo. Fácil colocación y fácil remoción.

### SISTEMA DE FIJACIÓN EXTERNAL



ESPECIFICACIONES	REFERENCIA	RANGO (mm)
10260-020	20mm x 11mm	20 - 25
10260-025	25mm x 11mm	23 - 30
10260-030	30mm x 11mm	30 - 35
10260-035	35mm x 11mm	35 - 40
10260-040	40mm x 11mm	40 - 45