



## PLACA DE FÍBULA DISTAL 3.5/2.7MM II LOC



# FICHA TÉCNICA

## PLACA DE FÍBULA DISTAL 3.5/2.7MM II LOC



**Nombre producto:** PLACA DE FÍBULA DISTAL 3.5/ 2.7 mm LOC.

**Marca:** WASTON

**Material:** Acero.

**Empaque:** Una pieza por paquete.

**Esterilización:** Producto no estéril, No debe usarse sin esterilizar.

**Uso:** Fracturas de fíbula distal y en paciente osteoporótico.

**Otras Indicaciones:** Fracturas de alto impacto y pacientes de baja estatura.

**Contraindicaciones:** Uso fuera de la región anatómica indicada, pacientes con alergia al titanio o al acero.

**Diseño:** Placa con orificios de compresión dinámica y bloqueo en el vástago de 3.5 mm con diseño anatómico de bajo perfil para fíbula distal que permite el uso de hasta 4 tornillos en la parte distal de 2.7 mm bloqueados.

### PLACA DE FÍBULA DISTAL 3.5/2.7mm II LOC

19906

LATERIALIDAD	NÚMERO DE ORIFICIOS	LONGITUD DE LA PLACA
DER.	2	51 mm
IZQ.		
DER.	4	73 mm
IZQ.		
DER.	6	94 mm
IZQ.		
DER.	8	115 mm
IZQ.		

# TÉCNICA QUIRÚRGICA

PLACA DE FÍBULA DISTAL 3.5/2.7MM II LOC



## CliniServices

[www.paginacliniervices.com](http://www.paginacliniervices.com)

