



## PLACA ARTRODESIS METATARSOFALÁNGICA TIPO II



# FICHA TÉCNICA

## PLACA ARTRODESIS METATARSOFALÁNGICA TIPO II



**Nombre producto:** PLACA DE ARTRODESIS  
METATARSOFALÁNGICA TIPO II

**Marca:** WASTON

**Material:** Titanio

**Empaque:** Una pieza por paquete.

**Esterilización:** Producto no estéril, No debe usarse sin esterilizar.

**Uso:** Indicación para artrodesis y fusión Metatarso-Falángica.

**Otras Indicaciones:** Indicado para fracturas en los Metatarsos.

**Contraindicaciones:** Uso fuera de la región anatómica indicada.

**Diseño:** Diseño anatómico, flexión dorsal de 9° y torsión de 11° para evitar el efecto de resistencia en caso de doblar la placa durante el procedimiento quirúrgico. La placa y los tornillos están diseñados en función a la curvatura de la anatomía del pie. El grosor de la placa es de 1.5 mm, con orificios combinados que permite tornillos bloqueados y corticales de 2.7 mm y 3.0 mm.

### PLACA DE ARTRODESIS METATARSOFALÁNGICA TIPO II

REFERENCIA	LATERALIDAD
10802-004	IZQ.
10802-104	DER.