



SECRETARÍA DE SALUD

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

COMISIÓN DE AUTORIZACIÓN SANITARIA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE AUTORIZACIÓN DE PRODUCTOS Y ESTABLECIMIENTOS

SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA DE SERVICIOS DE SALUD Y DISPOSITIVOS MÉDICOS

MODIFICACIÓN DEL REGISTRO SANITARIO No.

0690C2014 SSA

No. DE SOLICITUD

253300CI070191

No. DE SOLICITUD ANTERIOR

24330022030946

Con fundamento en los Artículos 4 párrafo cuarto, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, 3, 9, 11, 16, 38, 41, 57 fracción I y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 3 fracción XXIII, 4 fracción III, 17 bis fracción IV, 194 fracción II, 194 bis, 197, 204, 262, 368, 376, 376 Bis, 378, 380 y 393 de la Ley General de Salud; 1 y 2 inciso C fracción X del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; 1, 3 fracción I inciso b y fracción VII; 4 fracción II inciso c, 11 fracción VI y 14 fracción I del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2004; Décimo Octavo, del Acuerdo por el que se delegan las facultades que se señalan, en los Órganos Administrativos que en el mismo se indican de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2010; 1, 82, 83, 153, 155, 161 Bis, 184, 189 y 190 del Reglamento de Insumos para la Salud; los relativos y aplicables del ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer los trámites y servicios, así como los formatos que aplica la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, publicado el 28 de enero de 2011, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 01 de julio de 2013; así como los resolutivos SEGUNDO, QUINTO y SEXTO del Acuerdo por el que se reconocen como equivalentes a los requisitos establecidos en los artículos 179 y 180 del Reglamento de los Insumos para la Salud y a los procedimientos de evaluación técnica realizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para el otorgamiento del registro de los insumos para la salud, a que se refiere el Capítulo IX del Título Segundo del Reglamento de Insumos para la Salud, a los requisitos establecidos por la secciones 510(k) y 514 del Federal Food, Drug and Cosmetic Act y por el Título 21, Capítulo I, Subcapítulo H, del Code of Federal Regulations de los Estados Unidos de América, así como los establecidos por el Food and Drug Act, y las Medical Devices Regulations de Canadá para permitir la comercialización de dispositivos médicos en su territorio, y a las pruebas e inspecciones realizadas por la Food and Drug Administration de los Estados Unidos de América y por Health Canada de Canadá, para permitir la comercialización de dispositivos médicos en su territorio, publicado el 26 de octubre de 2010 en el Diario Oficial de la Federación, se otorga la presente Modificación del Registro Sanitario bajo las siguientes condiciones:

Acuerdo de Equivalencia: Food and Drug Administration de los Estados Unidos de América.
Titular del registro: Arrow Internacional de México, S.A. de C.V.
Domicilio: Autopista México-Querétaro Km. 34.5, Nave 6, Interior 20, Rancho San Isidro, C.P. 54740, Cuautitlán Izcalli, México, México
R.F.C. AIM 9307162M9

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Denominación Distintiva: ERGOPACK Catheter Venoso Central Arrowg+ard Blue Plus Presion Inyectable
Denominación Genérica: Catéter venoso central
Tipo de Insumo para la Salud Art. 262 LGS: V. Materiales quirúrgicos y de curación
Clasificación del Insumo para la Salud Art. 83 RIS: Clase III



Fabricado por: 1. Arrow Internacional de Chihuahua, S.A. de C.V.
2. Arrow International C.R. a.s.

Domicilio: 1. Ave. Washington 3701, Edificio 4, Colonia Complejo Industrial Las Américas, C.P. 31114, Chihuahua, México.
2. Jamska 2359/47, Zdár Nad Sázavou, Vysocina, 59101, República Checa.

Fabricado para: Arrow International LLC. (Subsidiary of Teleflex Incorporated)

Domicilio: 3015 Carrington Mill Blvd., Morrisville, North Carolina, 27560, E.U.A.

Importado y Distribuido por: Arrow Internacional de México, S.A. de C.V.

Domicilio: Autopista México-Querétaro Km. 34.5, Nave 6, Interior 20, Rancho San Isidro, C.P. 54740, Cuautitlán Izcalli, México, México.
Libramiento Sur 2, No. 6, Interior 3B, Barrio Texcacoa, C.P. 54605, Tepotzotlán, México, México.

Indicación de uso: El producto ERGOPACK Catheter Venoso Central Arrowg+ard Blue Plus Presión Inyectable está indicado para establecer una vía de acceso venoso a la circulación central por un periodo menor a 30 días para la administración de fluidos, toma de muestras sanguíneas y de la presión venosa central. El producto se encuentra contraindicado cuando el paciente sea hipersensible a los componentes del catéter, incluyéndose alergia a sulfadiazina, plata o a clorhexidina.

Descripción: El producto ERGOPACK Catheter Venoso Central Arrowg+ard Blue Plus Presión Inyectable es un catéter venoso central. El cuerpo del catéter es tubular y se compone de dos durámetros diferentes Azul Claro de Tecoflex de Poliuretano con sulfato de bario al 20%; el catéter se encuentra disponible para dos o tres lúmenes no comunicantes paralelos. Las longitudes del cuerpo de catéter van desde 16 cm hasta 20 cm.

El diámetro exterior del cuerpo del catéter este dentro de un rango de 7 Fr hasta 8.0 Fr y 8.5 Fr (1.3 mm a 4 mm). El cuerpo del catéter incluye marcas de profundidad a lo largo de su longitud como referencia de profundidad de la inserción de la punta del catéter. La punta del catéter tiene el diseño Blue Flex Tip® es más flexible que el cuerpo del catéter, está elaborada de Tecoflex Azul Oscuro con 20% de sulfato de bario; la punta es lisa, redondeada y cónica para proporcionar un avance con daño mínimo a la pared del vaso. Los lúmenes del catéter se continúan proximalmente con extensiones de poliuretano transparente Isoplast. Las líneas de extensión tienen conectores Luer hembra disponibles con diseño de inyección a presión para medios de contraste en aplicaciones de tomografía computada con indicación de máxima presión aplicable y en diseño de inyección que no es de aplicación a presión; las tapas de los conectores son de policarbonato Lexan y una septa de poli-isopropeno. El diámetro interior de la línea de extensión es de 18 Ga (0.049 pulgadas). Las pinzas de la línea de extensión son de acrílico-policarbonato. El dispositivo contiene recubrimiento interno y externo de agentes

antimicrobianos en diferentes concentraciones, teniendo sulfadiazina en una concentración, de 0.85 a 2.2 mg en todo el catéter, plata 250 a 950 mcg en todo el catéter y clorhexidina de 6 a 13 mg/catéter. El producto puede incluir un apósito Tegaderm CHG, 1659R 10 x 15.5 cm/ 25 piezas por caja con (No. De Registro Sanitario 0443C2011 SSA como parte del Kit comercial "Ergopack").

El producto puede colocarse a través de las venas yugulares, la vena subclavia o la vena femoral durante un periodo menor a 30 días, para la sustitución de múltiples sitios de acceso IV periférico, monitoreo de la presión venosa central, la nutrición parenteral total, la infusión de medicamentos, múltiples infusiones de líquidos, medicamentos o quimioterapia, muestreo frecuente de sangre o recepción de sangre o infusiones de componentes, la infusión de fluidos hipertónicos, hiperosmolares, o con valores de pH divergentes, la inyección de medios de contraste (solo los catéteres etiquetados para inyección de presión). El dispositivo puede utilizarse con seguridad con tasas de flujo de 4 mL/s a 8 mL/s.

Producto de un solo uso, esterilizado mediante óxido de etileno.

Presentaciones:

ERGOPACK Catheter Venoso Central Arrowg+ard Blue Plus Presion Inyectable

Empaque individual con 1 Pieza, en cajas con 5 y 10 colectivos de 20 50 y 100 piezas.

Catálogo	Lúmenes	Longitud	French	Por caja
CDA-42802-P1A	2	16	8	5
CDA-45802-P1A	2	20	8	5
CDA-46702-P1A	2	20	7	5
CDA-47702-P1A	2	20	7	5
CDA-42703-P1A	3	16	7	5
CDA-45703-P1A	3	20	7	5
CDA-42854-P1A	4	16	8.5	5
CDA-45854-P1A	4	20	8.5	5
CA-46702-P1A	2	20	7	5
CA-47702-P1A	2	20	7	5
CA-42703-P1A	3	16	7	5
CA-45703-P1A	3	20	7	5
CA-42854-P1A	4	16	8.5	5
CA-45854-P1A	4	20	8.5	5

Envase primario: Bolsa de polietileno; bandeja exterior profunda ERGO de copoliéster de polietilenterftalato glicol, bandejas individuales de poliestireno.

Envase secundario: Caja de cartón.

Caducidad: 02 años.

Publicidad dirigida a: Profesionales de la Salud

Fecha de Emisión de la Prórroga: 18 de octubre de 2023

Fecha de emisión: 13 de febrero de 2025

Fecha de vencimiento: 18 de octubre de 2028

SUFragio EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
SUBDIRECTORA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE
SALUD Y DISPOSITIVOS MÉDICOS



KARINA AGUIRRE RESÉNDIZ

OBSERVACIONES AL REGISTRO:

1. El presente Registro Sanitario es un documento auténtico expedido por el gobierno mexicano. Es un requisito indispensable pero no suficiente para la comercialización del producto autorizado, por lo que se expide sin interferir con disposiciones de otras dependencias.
2. La presente autorización será revocada ante cualquier alteración a las condiciones y términos en la que fue otorgada, sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan.
3. La importación, exportación, acondicionamiento, venta o suministro al público del producto autorizado deberá estar de acuerdo a las condiciones en las que se ha aprobado, por lo que el solicitante deberá especificar cada proceso, señalando el lugar en el cual se lleven a cabo (Razón Social y domicilio).
4. Las presentaciones para el Sector Salud deberán sujetarse a las disposiciones emitidas por el Consejo de Salubridad General por lo que su autorización no es competencia de esta Comisión.
5. La información contenida en las etiquetas o contra etiquetas se deberá sujetar a lo establecido en la Ley General de Salud, en el Reglamento de Insumos para la Salud y las Normas Oficiales Mexicanas, deberá estar en idioma español y corresponder a lo autorizado en el presente documento.
6. El contenido de los manuales e instructivos de uso presentados ante esta Comisión, son responsabilidad del fabricante y del titular del Registro, debiendo cumplir con las disposiciones y reglamentación vigente.
7. Se otorga un plazo de 240 días para agotar la existencia de material de envase y/o producto terminado previo a la presente autorización.

HMM/DVG

