

 HOJA DE VIDA CAPNOGRAFO						
Fecha: 6 OCTUBRE 2026		Realizado por: Cristian Camilo Salinas Avila - 142526 Mariana Valentina Muñoz Velandia - 144647 Johan Smith Bonilla Guzman - 144048 Juana Camila Pineda Rubiano -144138			Hora de inicio: 7:00 AM	
UBICACION						
Servicio:Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), Quirófanos / Salas de Cirugía, Salas de Reanimación		Especialidad: Equipos de Soporte Vital y Rehabilitación / Cuidado Crítico			No. Piso: PISO 3 - PISO 4 - PISO 8	
EQUIPO: CAPNÓGRAFO						
Marca: Medtronic (Covidien)		Modelo: Capnostream TM 35			No. Serie: 12345	
Servicio: Monitoreo Respiratorio y ventilatorio		Equipo movil	X		Equipo fijo	

REGISTRO HISTORICO				
Compra				
Fecha inicio: OCTUBRE 2026	6	Forma Adquisicion: [X]Compra [] Otra	Documento Adquisicion: Acta de Recepcion No. 12345 Registro Invima No. 2019EBC-0019549	Fecha Recibido: 5 OCTUBRE 2026
Fabricacion: JULIO 2025	1	Vencimiento Garantia: 06 OCTUBRE 2027	Valor Comercial : 22.000.000 COP	Vida Util (años): 5 a 7 años (sujeto a mantenimiento preventivo)
Nombre Proveedor: Medtronic Colombia / Distribuidor autorizado		Telefono Proveedor: 742 7300	(601)	Pais-Ciudad: Colombia,Bogota Dc
		Correo Proveedor: rs.habeas-data-medtronic-colombia@medtronic.com		
Nombre Representante: Representante Técnico Oficial Medtronic ,Colombia		Telefono representante: (601) 742 7300		Pais-Ciudad: Colombia,Bogota Dc
		Correo representante: rs.habeas-data-medtronic-colombia@medtronic.com		
Nombre Fabricante: Oridion Medical Ltd.		Telefono representante: +972 2-589-2666		Pais-Ciudad: Israel,Jerusalen
		Correo: kae.miller@medtronic.com		
Instalacion				
Fecha Inicio 6 OCTUBRE 2026		Fecha Finalizacion 6 OCTUBRE 2026	Ubicación SALAS DE CIRUJIA PISO 3 UNIDAD DE CUIDADO INTESIVO 4 Y 8 PISO	Encargado: DEPARTAMENTO INGENIERIA BIOMEDICA

REGISTRO TECNICO DE INSTALACION	REGISTRO TENICO DE FUNCIONANAMIENTO
---------------------------------	-------------------------------------

FTE DE ALIMENTACION: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, ±10%	TEC PREDOMINANTE: Electromédica / Muestreo Neumático Microstream (Sidestream)	RANGO DE VOLTAJE: 100 - 240 VAC	RANGO DE CORRIENTE: 0.5 A - 1.0 A
VOLTAJE MAX: 240 VAC	VOLTAJE MIN: 100 VAC	RANGO DE POTENICA: 45 - 60 W	RANGO DE PRESION: Presión atmosférica de operación: 470 hPa a 850 hPa (aprox. 5200m a nivel del mar)
CORRIENTE MAX: 1.0 A	CORRIENTE MIN: 0.5 A	RANGO DE VELOCIDAD: Flujo nominal 50 mL/min (± 7.5 mL/min)	RANGO DE TEMPERATURA: Operación: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
POTENCIA: - 60 VA	50 FRECUENCIA: 50 / 60 Hz}	RANGO DE HUMEDAD: 15% a 95% (sin condensación)	PESO: 1.0 kg kg
PRESION: N/A	VELOCIDAD: Flujo de muestreo: 50 mL/min	OTRAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE: 1. Realizar pruebas de seguridad eléctrica según norma IEC 62353 anualmente. 2. Calibración recomendada o verificación de gas cada 1,200 horas de uso o anualmente. 3. Uso exclusivo de líneas de muestreo originales Microstream FilterLine para evitar obstrucciones por humedad.	
PESO: 1.0 kgkg	OTROS: batería recargable con tecnología de intercambio en caliente (hot-swap)		

REGISTRO DE APOYO TECNICO					
MANUALES	MTTO	SI	PLANOS	ELECTRONICO	
	PARTES	SI		NEUMATICO	SI
	DESPIECE	SI		MECANICO	

CLASIFICACION BIOMEDICA	DIAGNOSTICO	(X)	ANALISIS DE LABORATORIO Evaluación metrológica y pruebas de funcionamiento (etCO2, SpO2 y frecuencia respiratoria)	TTO Y MTO DE LA VIDA Equipo de Soporte Vital / Monitoreo Crítico (UCI y Quirófanos)
	PREVENCION	()		
	REHABILITACION	()		

CLASIFICACION POR RIESGO	I	()	MANTENIMIENTO REQUIERE CALIBRACION		PERICOCIDAD CALIBRACION
	II -A	()			
	II -B	(X)	[X]	O []	Anual / Cada 1,200 horas de uso
	III	()			