



INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS
CAMPUS ARAGUAÍNA- IFTO

LABORATÓRIO MULTI DIDÁTICO/ BIOPROSPECÇÃO			
TIPO DE DOCUMENTO	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP. LAB LOCAL: DIRETORIA DOS LABORATÓRIOS DO IFTO - CAMPUS ARAGUAÍNA	
EQUIPAMENTO: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO MODELO: GT-AMB 10L MARCA: GLOBAL TRADE TECHNOLOGY	PROCEDIMENTO GERAIS DE PRÁTICAS ADEQUADAS DE SEGURANÇA EM LABORATÓRIO	EMIÇÃO: 08/07/2025 VERSÃO:011	PRÓXIMA REVISÃO: 08/07/2027

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

1. Dados do Fabricante:

1.1. Fabricante: Global Trade Technology; MODELO GT-AMB

1.2. Fornecedor: E-LABCOMMERCE LTDA

1.3. Endereço: Av. Doutor José Antônio Miziara, 221 - Distrito Industrial José Aparecido Tomé | Jaboticabal, SP CEP: 14874-002

1.4. Site: www.Globaltradebr.com.br

2. Aplicação do Equipamento:

2.1. Agitadores magnéticos com aquecimento são usados principalmente para misturas líquidas ou sólidas e líquidas de baixa viscosidade, usadas principalmente em síntese química, análises físicas e químicas, bio-farmacêutica, ciência de materiais e outras áreas.

3. Componentes do Equipamento:

3.1- PEÇAS:

3.1.1- Plataforma de aquecimento (placa quente)

3.1.2- Elemento de aquecimento (resistência)

3.1.3- Motor elétrico

3.1.4- Imã rotativo ou sistema de indução magnética

3.1.5- Controlador de velocidade (potenciômetro)

3.1.6- Controlador de temperatura (termostato ou PID)

3.1.7- Display (analógico ou digital)

3.3- CAPACIDADE E COMPONENTES

3.3.1- Volume Máximo Agitação (H₂O): 10L;

3.3.2- Velocidade de até 2.000 rpm com regulação eletrônica;

3.2.3- Temperatura regulável até 400°C na placa de aquecimento;



4. Procedimento para Utilização do Equipamento

4.1. INSTALAÇÃO:

4.1.1- Superfície plana e estável preferencialmente resistente ao calor.

4.1.2- Ventilação adequada para dissipar o calor e evitar superaquecimento

4.1.3- Longe de materiais inflamáveis por segurança.

4.2. MODO DE OPERAÇÃO:

4.2.1- Colocar o equipamento numa superfície plana e estável e ligar o interruptor;

4.2.2- Gire o botão de agitação no sentido horário e ajuste a velocidade de agitação;

4.2.3- Gire o botão de aquecimento no sentido horário e ajuste a temperatura

4.2.4- Não usar recipiente metálico ou recipiente com fundo espesso que podem reduzir a capacidade de agitação;

4.2.5- Usar volume reduzido de líquido e baixa velocidade de rotação ao trabalhar com líquidos viscosos;

4.2.6- Usar volume reduzido de líquido e baixa velocidade de rotação ao trabalhar com líquidos viscosos;

5. Procedimento para Limpeza do Equipamento

5.1- Use produtos não abrasivos para limpar a superfície externa.

5.2- Mantenha o equipamento seco e limpo e evite que qualquer solução de limpeza penetre no interior do equipamento

5.3- Desconecte o equipamento da energia durante a limpeza e só volte a conectá-lo à energia depois de estar totalmente seco.

6. Cuidados na Utilização do Equipamento

6.1- Não usar recipiente metálico ou recipiente com fundo espesso que podem reduzir a capacidade de agitação;

6.2- Usar volume reduzido de líquido e baixa velocidade de rotação ao trabalhar com líquidos viscosos;

6.3- O equipamento pode trabalhar por 8 horas contínuas a velocidade moderada e 4 horas em alta velocidade;

7. Manutenção Preventiva do Equipamento:

7.1- Manutenção adequada mantém os equipamentos operando em boas condições e prolonga a vida útil dos mesmos. Mantenha o equipamento seco e limpo e evite que qualquer solução de limpeza penetre no interior do equipamento. Se alguma substância penetrar dentro do equipamento, ele deve ser removido da fonte de energia e enviado ao reparo.

8. Referências:

8.1. Manual do usuário fornecido pelo fabricante/distribuidor.

8.2. Norma de Boas Práticas do Laboratório.