



UNIDAD MÉDICA CENTROLAB
NIT: 800178906-4

Calle 57A #48 - 21 Av. Oriental
Medellín-Colombia
www.centrolab.com.co
servicioalcliente@centrolab.com.co
resultados@centrolab.com.co



3154677121



PBX: (604) 6049503
(604) 4242970
(604) 6042204
(604) 4443888
No.: 4215744

PROPUESTA DE VALOR DE CENTROLAB - LABORATORIO DE REFERENCIA

"CENTROLAB es el mejor Laboratorio Clínico de Referencia donde encuentras todas las pruebas al mejor precio posible, con excelente calidad, cumplimiento y apoyo profesional".

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Paciente:	CONTROL BIOLOGICO JOSE OMAR CANO	Doc. Id.:	DE IB70504689
Edad:	20 Años	Teléfono:	3724811/3117320360
Entidad:	JOSE OMAR CANO CORDOBA	Sexo:	MASCULINO
Fecha atención:	11/04/2024 13:44	Tel. Entidad:	3724811 3117320360
Fecha impresión:	15/04/2024 05:21:35p.m.	Fecha resultado:	15/04/2024 04:52:00p.m.
		Tipo reporte:	ORIGINAL - EMAIL AUTOMATICO

INFORME DE RESULTADOS

VENTA INCUBACION Y LECTURA DE AMPOLLA PARA CONTROL BIOLOGICO

ANÁLISIS

Luego de 24 horas de incubación a 56-60 °C
Luego de 48 h de incubacion a 56-60°C
Luego de 72 h de incubación a 56-60 °C
Fecha de autoclavado
Hora de autoclavado
Marca del autoclave
Numero de serie del autoclave
Marca de la Ampolla para control biologico
Lote de la Ampolla para control biologico
Responsable del autoclavado
Direccion
Ubicacion/Area del autoclavado
Responsable:

RESULTADOS

NEGATIVO

NEGATIVO

NEGATIVO

ABRIL 30/2024

4:30PM

AUTOMAT 9000

24000281

BIONOVA

A30267 VENCE 2025

MARIA DELINA PEREZ G.

CALLE 36 # 68-46 CON 201 ITAGUI SAN

GABRIEL FRENTE A LA IGLESIA

SIN DATOS

VALORES DE REFERENCIA

NEGATIVO

NEGATIVO

NEGATIVO

Bacterióloga:

BIBIANA MARIA OCAMPO GRANADA

Registro:

5-0322

ODONTOLOGOS

¡ Estos resultados fueron realizados bajo un sistema certificado de calidad ISO 9001 !

Derechos y deberes de pacientes: www.centrolab.com.co/derechosydeberes/