

CLIENTE
CUSTOMER
DIRECCIÓN
ADDRESS
CIUDAD/ESTADO
CITY/STATE
CONTACTO
CONTACT
CORREO
EMAIL
TELÉFONO
TELEPHONE

Aludyne
Ermita Iztapalapa 1478
Ciudad de México
Fermín Hernández
fermin.hernandez@aludyne.com
55 3525 7849

MAQUINA/MOD
MACHINE MODEL
No. SERIE
SERIAL NUMBER
No. INTERNO
INTERNAL NUMBER
SOFTWARE / VERSIÓN
SOFTWARE / VERSION
CONTROL
CONTROLLER
No. TRABAJO
JOB NUMBER

Micro Star Hemel
61-34
Geomat 7.5.7
Hemel
242991 FOLIO -

COMIENZO / ARRIVAL
DATE: 12/04/2024

DIA / DAY Viernes

HORA / HOUR: 11:00 hrs

FECHA
DATE
TRABAJO
LABOR
VIAJE
TRAVEL
TOTAL DIARIO
DAILY TOTAL

D	L	M	M	J	V	S
S	M	T	W	T	F	S
/	/	/	/	/	12/04	/
/	/	/	/	/	6	/
/	/	/	/	/	4	/
/	/	/	/	/	10	/
TOTAL / TOTAL						10 horas / hours

NUMERO DE PARTE Y DESCRIPCIÓN PART NUMBER AND DESCRIPTION	CANTIDAD QUANTITY
Cable para cabezal PH10	1
/	/
/	/

PROPÓSITO DE LA VISITA / PURPOSE OF VISIT

Falla de comunicación con el bus del PH10

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / DESCRIPTION OF SERVICE PROVIDED

Se reemplaza e instala nuevo cable de comunicación del cabezal. Se acomoda con holgura suficiente para no provocar sobre flexión del cable. Se realizan pruebas de calibración y medición entregando la máquina totalmente operativa.

ACCIÓN RECOMENDADA O PUNTOS PENDIENTES / RECOMMENDED ACTION OR OPENED ITEMS

Se detecta palpador abierto en ángulos de 90° del cabezal en movimientos largos y rápidos con herramienta en "L" larga, provocada por la inercia del movimiento. Se recomienda reemplazo del módulo TP20 por falta de fuerza o correr programas en velocidad media.

COMENTARIOS DEL CLIENTE / CUSTOMER COMMENTS

SEGUIMIENTO NECESARIO / FOLLOW UP REQUIRED

SI / YES

NO / NO

X

APROBACIÓN DEL CLIENTE
CUSTOMER APPROVAL

E. Marin
NOMBRE Y FIRMA / NAME AND SIGNATURE

FECHA / DATE

12/04/2024

TÉCNICO
TECHNICIAN

Alfredo Hernández López
NOMBRE Y FIRMA / NAME AND SIGNATURE

FECHA / DATE

12/04/2024



TEL: 52 (222) 2437855
www.soposte-metrology.com

Cualquier Comentario o Sugerencia sobre el servicio recibido, enviar un correo a : calidad@soposte-metrology.com
Any comments or suggestions about the service received, send an email to: calidad@soposte-metrology.com