BALANCE CDQ
CENTRE-DU-QUÉBEC

CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE
POIDS ÉTALONS

1715 Rue Haggerty
Drummondville, Qc J2C 5P7
(819) 857-0555

1 IDENTIFICATION DU CLIENT ET DU CERTIFICAT

Nom du client	Adresse

N° du certificat / Classe	Téléphone	Date d'étalonnage	Fréquence	Prochain étalonnage

2 MESURES ET AJUSTEMENTS

Valeur nominale	N° de série	N° d'inventaire	Masse conv. avant ajustement	Masse conv. après ajustement	Tolérance ± (mg ou g)

3 IDENTIFICATION DES BALANCES ET DES ÉTALONS UTILISÉS

BALANCES UTILISÉES POUR L'ÉTALONNAGE

Valeur nominale	Fabricant	Modèle	N° de série	Capacité / précision	Date d'étalonnage
20-10 kg	Kilotech	KCS301	KCS30117120135	30 kg x 1 g	2026-10-27
5-1 kg	Kilotech	KHA5001	KHA500119090013	5000 g x 0.1 g	2026-11-03
500-50 g	Kilotech	KHA1000	KHA100019090015	1000 g x 0.01 g	2026-11-03
20 g	Ohaus	NV223	8345104118	220 g x 0.001 g	2026-10-27

ÉTALONS DE RÉFÉRENCE

Valeur nominale	Identification	N° du certificat	Date de l'étalonnage	Date de renouvellement
5 kg à 1 g	BCDQ18820-20	M26-0144	2026-06-10	2027-06-10
20 kg	C1 à C50	1411759	2026-04-08	2027-04-08
500 kg	B1 à B20	1411767	2026-06-15	2027-06-15

4 REMARQUES ET APPROBATION

Remarque(s) / observations

Effectué par : **Date :**