BALANCE CDQ CENTRE-DU-QUÉBEC

RAPPORT D'ÉTALONNAGE
PLANCHER

1715 Rue Haggerty
Drummondville, Qc J2C 5P7
(819) 857-0555

1 IDENTIFICATION DU CLIENT

Nom du Client	Téléphone	Technicien
Essai visuel CDQ		

Adresse	Ville	Province	Code Postal
	Saint-Lambert-de-Lauzon		

Date d'Étalonnage	Fréquence d'Étalonnage	Date du Prochain Étalonnage
/ /		/ /

2 IDENTIFICATION DE L'ÉQUIPEMENT

Catégorie	Fabricant	Modèle	N° de Série	N° A-M
Indicateur				
Base de la Balance				
Imprimante				

Identification de la Balance	Type de Balance	Étendue Vérifiée	Légal pour le Commerce
ESSAI-plancher	Balance de Plancher		

Capacité Maximale	Unité de Mesure	Échelon (e)	Étalon Utilisé
25000		1	

3 ESSAI DE CHARGE CENTRAL

CONFORME

Point	Charge Utilisée	Charge de Contrainte	Tolérance	Avant Correction	Erreur (e)	Après Correction	Erreur (e)
1	100	-	±1e	103	3e	100	0e
2		-					
3		-					
4		-					
5		-					
6		-					

4 ESSAI DE CHARGE EXCENTRIQUE

CONFORME

Avant Correction



Arrière Gauche	Arrière Droit
103	100
Avant Gauche	**Avant Droit**
100	100

Après Correction



Arrière Gauche	Arrière Droit
100	100
Avant Gauche	**Avant Droit**
100	100

Charge d'Excentricité	Erreur Maximale Tolérée
100	±1e

5 CONCLUSION

Résumé / Commentaires

CONFORME

la cible de vos solutions