BALANCE CDQ
CENTRE-DU-QUÉBEC

RAPPORT D'ÉTALONNAGE
PRÉCISION

1715 Rue Haggerty
Drummondville, Qc J2C 5P7
(819) 857-0555

1 IDENTIFICATION DU CLIENT

Nom du Client	Téléphone	Technicien
Essai visuel CDQ		

Adresse	Ville	Province	Code Postal
	Saint-Lambert-de-Lauzon		

Date d'Étalonnage	Fréquence d'Étalonnage	Date du Prochain Étalonnage
/ /		/ /

2 IDENTIFICATION DE L'ÉQUIPEMENT

Catégorie	Fabricant	Modèle	N° de Série	N° A-M
Balance				
Imprimante				

Identification de la Balance	Type de Balance	Type de Plateau	Étendue Vérifiée	Légal pour le Commerce
ESSAI-precision	Balance de précision	Carré		

Capacité Maximale	Unité de Mesure	Échelon (e)	Résolution (d)	Étalon Utilisé
25000		1		

3 ESSAI DE CHARGE CENTRAL

CONFORME

Point	Charge Utilisée	Tolérance	Avant Correction	Erreur (e)	Après Correction	Erreur (e)
1	100	±1e	103	+3e	100	0e
2						
3						
4						
5						
6						
7						

4 ESSAI DE CHARGE EXCENTRIQUE

CONFORME

Avant Correction

Arrière Gauche: 103
Arrière Droit: 100
Avant Gauche: 100
Avant Droit: 100



Après Correction

Arrière Gauche: 100
Arrière Droit: 100
Avant Gauche: 100
Avant Droit: 100



Charge d'Excentricité	Erreur Maximale Tolérée
100	±2e

5 CONCLUSION

Résumé / Commentaires

CONFORME

la cible de vos solutions