

FECHA: 09/02/25

HORA INICIO: 00:43:11

SN: 150P10FEB048RV

CICLO N: 275

<<INSTRUMENTAL>>

TEMP: 121øC EST: 20 min SEC: 20 min

TEMP: 121 øC P: 300 kpa

TEMP: 121 øC P: 300 kpa

TEMP: 121 øC P: 300 kpa

TEMP: 121 øC P: 300 kpa

TEMP: 121 øC P: 300 kpa

TEMP: 121 øC P: 300 kpa

TEMP: 121 øC P: 300 kpa

TEMP: 121 øC P: 300 kpa

TEMP: 121 øC P: 300 kpa

TEMP: 100 øC P: 110 kpa

TEMP: 100 øC P: 110 kpa

TEMP: 100 øC P: 110 kpa

TEMP: 100 øC P: 110 kpa

TEMP: 100 øC P: 110 kpa

TEMP: 100 øC P: 110 kpa

TEMP: 100 øC P: 110 kpa

TEMP: 100 øC P: 110 kpa

TEMP: 100 øC P: 110 kpa

HORA FIN: 13:23:23

CICLO COMPLETO

Duraci?n: 38 min

DESCARGA: _____