

FECHA: 09/02/25  
HORA INICIO: 01:43:28  
SN: 150P10FEB048RV  
CICLO N: 288  
<<INSTRUMENTAL>>  
TEMP: 121øC EST: 20 min SEC: 20 min  
TEMP: 121 øC P: 300 kpa  
TEMP: 121 øC P: 300 kpa  
TEMP: 121 øC P: 300 kpa  
TEMP: 121 øC P: 300 kpa  
TEMP: 121 øC P: 300 kpa  
TEMP: 121 øC P: 300 kpa  
TEMP: 121 øC P: 300 kpa  
TEMP: 121 øC P: 300 kpa  
TEMP: 121 øC P: 300 kpa  
TEMP: 100 øC P: 110 kpa  
TEMP: 100 øC P: 110 kpa  
TEMP: 100 øC P: 110 kpa  
TEMP: 100 øC P: 110 kpa  
TEMP: 100 øC P: 110 kpa  
TEMP: 100 øC P: 110 kpa  
TEMP: 100 øC P: 110 kpa  
TEMP: 100 øC P: 110 kpa  
HORA FIN: 13:23:23  
CICLO COMPLETO  
Duraci?n: 38 min  
DESCARGA: \_\_\_\_\_