

FECHA: 23/11/25

HORA INICIO: 19:36:52

SN: 150P10FEB048RV

CICLO N: 410

<<INSTRUMENTAL>>

TEMP: 121°C EST: 20 min SEC: 20 min

TEMP: 121 °C P: 300 kpa

TEMP: 121 °C P: 300 kpa

TEMP: 121 °C P: 300 kpa

TEMP: 121 °C P: 300 kpa

TEMP: 121 °C P: 300 kpa

TEMP: 121 °C P: 300 kpa

TEMP: 121 °C P: 300 kpa

TEMP: 121 °C P: 300 kpa

TEMP: 121 °C P: 300 kpa

TEMP: 100 °C P: 110 kpa

TEMP: 100 °C P: 110 kpa

TEMP: 100 °C P: 110 kpa

TEMP: 100 °C P: 110 kpa

TEMP: 100 °C P: 110 kpa

TEMP: 100 °C P: 110 kpa

TEMP: 100 °C P: 110 kpa

TEMP: 100 °C P: 110 kpa

TEMP: 100 °C P: 110 kpa

HORA FIN: 13:23:23

CICLO COMPLETO

Duraci?n: 38 min

DESCARGA: \_\_\_\_\_