

FECHA: 25/11/25
HORA INICIO: 08:22:22
SN: 150P10FEB048RV
CICLO N: 423
<<INSTRUMENTAL>>
TEMP: 121øC EST: 20 min SEC: 20 min
TEMP: 121 øC P: 300 kpa
TEMP: 121 øC P: 300 kpa
TEMP: 121 øC P: 300 kpa
TEMP: 121 øC P: 300 kpa
TEMP: 121 øC P: 300 kpa
TEMP: 121 øC P: 300 kpa
TEMP: 121 øC P: 300 kpa
TEMP: 121 øC P: 300 kpa
TEMP: 121 øC P: 300 kpa
TEMP: 100 øC P: 110 kpa
TEMP: 100 øC P: 110 kpa
TEMP: 100 øC P: 110 kpa
TEMP: 100 øC P: 110 kpa
TEMP: 100 øC P: 110 kpa
TEMP: 100 øC P: 110 kpa
TEMP: 100 øC P: 110 kpa
TEMP: 100 øC P: 110 kpa
HORA FIN: 13:23:23
CICLO COMPLETO
Duraci?n: 38 min
DESCARGA: _____