	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS	**CÓDIGO:** FR-GDT-20	
		VERSIÓN: 02	
		FECHA DE ELABORACIÓN	2024-11-01
		FECHA DE REVISIÓN	2024-11-01
	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS	**FECHA DE APROBACIÓN**	2024-11-01

ELABORÓ	.	**REVISÓ**	.	**APROBÓ**	ERASO

IDENTIFICACIÓN			
Nombre	TERMOHIGROMETRO DIGITAL	**Identificador Software (Id)**	3654177
Marca	GENERICO	**Modelo**	HTC-2
Tipo Tecnología	Electrónico	**Clasificación Biomédica**	PREVENCION
Serie	NO REGISTRA	**Placa**	006073
Código	N.T.	**Clasificación de riesgo**	No aplica
Vida útil (Años)	No registra	**Fecha Fabricación**	No registra
Propietario	No registra	**Código de Calibración**	CC0636-25
Fabricante	LWH		

INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
Cliente		**Sede**	SAN IGNACIO
Departamento	Nariño	**Ciudad**	Pasto
Área	No registra	**Estado Equipo**	Activo
Ubicación	1, 4, UCI PEDIATRICA, CARRO DE PARO	**Observaciones**	
Proveedor Adquisición	NO REGISTRA		
Fecha Compra	No registra	**Fecha Inicia Funcionamiento**	2022-06-25
Costo Equipo	$0	**Proveedor Mantenimiento**	No registra
Fecha Inicia Garantía	No registra	**Fecha Finaliza Garantía**	No registra
Frecuencia Calibración (meses)	12	**Frecuencia Mantenimiento (meses)**	6

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

ECRI	No registra	**Registro Invima**	NO APLICA
Clase Seguridad Eléctrica	No registra	**Tipo Seguridad Eléctrica**	No registra
Última calibración	1540050 / 2025-06-11 08:00:00	**Último preventivo**	1304538 / 2025-01-21 08:00:00
Próximo Preventivo	No registra	**Próxima Calibración**	No registra
Número de Correctivos	1		

INSTRUCTIVOS

Preventivo

Secuencia	Actividad
1	Revisión de funcionamiento del equipo
2	Revisión de superficies que estén en optimas condiciones
3	Revisar que no presente sulfatación interna en el equipo.
4	Revisión de pantallas e indicadores visuales y auditivos.
5	Limpieza del equipo
6	Pruebas de funcionamiento.

CERTIFICADOS METROLÓGICOS

Número de certificado	Fecha	Responsable
CC0636-25	2025-06-10	DANIELA CERON

ARCHIVOS ADJUNTOS

Nombre	Extensión	Tamaño	Origen
certificado_n__cc043324.pdf	pdf	0.7	Documento de Orden
termohigrometro_digital.png	png	0.2	Documento de Tipo Equipo
hv_006073.pdf	pdf	12.2	Documento de Equipo
006073_termohigrometro_digital_n__cc063625.pdf	pdf	0.3	Documento de Certificado
006073_termohigrometro_digital_n__cc063625.pdf	pdf	0.3	Documento de Orden

ÓRDENES

Número	Servicio	Fecha Inicio	Fecha Fin	Descripción	Estado	Archivo	Ver
1540050	Calibración	2025-06-10 08:00:00	2025-06-11 08:00:00	SE REALIZO LA CALIBRACIÓN DE TERMOHIGROMETRO 006073	Terminada	73_termohigrometro_digital_n__cc063625.pdf	VER
1304538	Preventivo	2025-01-21 07:00:00	2025-01-21 08:00:00	Se realiza mantenimiento de acuerdo a protocolo	Terminada	-	VER

ÓRDENES

Número	Servicio	Fecha Inicio	Fecha Fin	Descripción	Estado	Archivo	Ver
1113736	Preventivo	2024-08-08 08:00:00	2024-08-08 09:00:00	mantenimiento preventivo según correctivo	Terminada	-	VER
1035691	Calibración	2024-06-12 08:30:00	2024-06-12 14:30:00	Calibración	Terminada	ificado_n__cc043324.pdf	VER
1022070	Correctivo	2024-05-21 04:40:00	2024-05-21 04:55:00	Se realiza revisión del equipo, se observa que no esta reseteado por ende se solicita realizar el respectivo reset para tomar adecuadamente las temperaturas, sin embargo se deja bajo observación al equipo	Terminada	-	VER