
REVISIONS
XXX13
XXX14
XXX15
XXX16
XXX17
220 VAC
BREAKER 20A
F1
-S1
ON-OFF
TK4S Control Temperatura
-1
-2
-3 SSR+
-4 SSR-
-5 SOURCE
-6 SOURCE
7 AL1
8 COM
9 AL2
10 B'
11 B
12 A
SSR
-HR1
RESISTENCIA DE CALEFACCIÓN
Tarjeta Electrónica
VCC
DOOR
STOP
THERM
IN1
IN2
J3
12VAC
J6
RL1
SSR
EV
U10
FC
U6
DOOR
U5
TEMP
U7
AUX1
U8
N
-SWITCH
COM
NO
INTERRUPTOR PUERTA
-S2
PARADA DE EMERGENCIA
-T1
TRANSFORMADOR 220VAC-9VAC
ASCO
-ELECTROVALVULA
220 VAC
GN
PILOTO VERDE FIN DE CICLO
RD
PILOTO ROJO INDICADOR DE PUERTA
RD
PILOTO ROJO PARADA DE EMERGENCIA
Autoclave 55 Litros
Conexiones Sistema de Control y Sistema de Calefacción
SIZE
FSCM NO
2
DRAWING NUMBER
1
REV
01
SCALE
SHEET
1